Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE110917\
Data File : BE094793.D
Acq On : 8 Nov 2017 21:17
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 09 00:50:07 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE102317.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 23 22:40:47 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	102	0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.356	11.0	78	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.291	27.3#	73	0.03
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.300	25.0#	76	0.05
5	S	Phenol-d6	0.400	0.368	8.0	96	0.06
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.351	12.3	90	0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	108	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.326	18.5	92	0.05
9		Naphthalene	0.400	0.353	11.8	93	0.02
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.398	0.5	106	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.356	11.0	94	0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.344	14.0	92	0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	96	0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.363	9.3	91	0.03
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.373	6.8	89	0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.367	8.3	89	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.365	8.8	87	0.00
18		Fluorene	0.400	0.355	11.3	86	0.02
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	108	0.03
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.296	26.0#	81	0.03
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.482	-20.5	113	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.436	-9.0	118	0.03
23		Phenanthrene	0.400	0.478	-19.5	117	0.00
24		Anthracene	0.400	0.396	1.0	105	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.348	13.0	89	0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.345	13.8	88	0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	92	0.01
28		Pyrene	0.400	0.379	5.3	89	0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.367	8.3	86	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.376	6.0	86	0.01
31		Chrysene	0.400	0.375	6.3	89	0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.366	8.5	92	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.266	33.5#	62	0.07
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	85	0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.369	7.8	80	0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.426	-6.5	91	0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.386	3.5	82	0.03
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.317	20.8	69	0.05
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.262	34.5#	56	0.09

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE110917\
Data File : BE094793.D
Acq On : 8 Nov 2017 21:17
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 09 00:50:07 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE102317.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 23 22:40:47 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0