Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE112118\
Data File : BE098254.D
Acq On : 21 Nov 2018 9:38
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 21 10:48:38 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE111618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Nov 16 19:05:33 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	108	0.00
2		1,4-Dioxane	0.628	0.643	-2.4	116	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.706	0.708	-0.3	116	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.073	1.042	2.9	104	0.00
5	S	Phenol-d6	1.685	1.755	-4.2	109	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.443	1.379	4.4	104	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	107	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.378	0.392	-3.7	109	0.00
9		Naphthalene	4.073	4.072	0.0	104	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.239	0.222	7.1	97	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.702	0.673	4.1	101	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.718	0.700	2.5	103	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	108	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.129	0.117	9.3	102	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.739	1.630	6.3	104	0.00
16		Acenaphthylene	1.904	1.866	2.0	105	0.00
17		Acenaphthene	1.137	1.130	0.6	104	0.00
18		Fluorene	1.449	1.444	0.3	107	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	109	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.248	0.238	4.0	104	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.256	0.242	5.5	105	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.035	0.041	-17.1	131	0.00
23		Phenanthrene	1.029	1.006	2.2	106	-0.01
24		Anthracene	0.935	0.908	2.9	106	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.866	4.690	3.6	106	0.00
26		Fluoranthene	1.235	1.195	3.2	105	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	112	0.00
28		Pyrene	1.169	1.129	3.4	104	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.919	0.870	5.3	103	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.157	1.095	5.4	105	0.00
31		Chrysene	1.191	1.187	0.3	109	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.804	1.719	4.7	110	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.019	1.084	-6.4	116	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	113	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.130	1.089	3.6	110	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.276	1.198	6.1	103	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.109	1.080	2.6	109	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.889	0.893	-0.4	115	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.958	0.959	-0.1	118	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE112118\
Data File : BE098254.D
Acq On : 21 Nov 2018 9:38
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 21 10:48:38 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE111618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Nov 16 19:05:33 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0