Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE112119\
Data File : BE100754.D
Acq On : 21 Nov 2019 21:35
Operator : JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE112119

Quant Time: Nov 22 06:44:44 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE112119.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Nov 22 06:40:44 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.397	0.8	100	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.406	-1.5	88	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.397	0.8	102	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.397	0.8	104	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.393	1.8	107	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	103	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.467	-16.8	140	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.409	-2.2	104	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.412	-3.0	106	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.401	-0.3	106	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.397	0.8	104	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	102	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.419	-4.7	120	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.416	-4.0	106	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.379	5.3	102	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.398	0.5	104	0.00
18		Fluorene	0.400	0.393	1.8	104	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	103	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.393	1.8	102	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.405	-1.3	104	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.454	-13.5	116	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.402	-0.5	104	0.00
24		Anthracene	0.400	0.376	6.0	103	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.377	5.8	100	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.380	5.0	101	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	101	0.00
28		Pyrene	0.400	0.386	3.5	100	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.384	4.0	99	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.379	5.3	97	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.404	-1.0	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.413	-3.2	114	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.377	5.8	97	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	102	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.373	6.8	96	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.380	5.0	100	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.364	9.0	97	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.337	15.8	96	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.382	4.5	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE112119\
Data File : BE100754.D
Acq On : 21 Nov 2019 21:35
Operator : JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE112119

Quant Time: Nov 22 06:44:44 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE112119.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Nov 22 06:40:44 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0