Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE112119\
Data File : BE100754.D
Acq On : 21 Nov 2019 21:35
Operator : JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE112119

Quant Time: Nov 22 06:44:44 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE112119.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Nov 22 06:40:44 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	0.750	0.744	0.8	100	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.553	0.411	25.7#	88	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.083	1.075	0.7	102	0.00
5	S	Phenol-d6	1.571	1.559	0.8	104	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.310	1.287	1.8	107	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	103	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.128	0.150	-17.2	140	0.00
9		Naphthalene	4.248	4.344	-2.3	104	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.163	0.168	-3.1	106	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.587	0.588	-0.2	106	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.672	0.666	0.9	104	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	102	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.056	0.059	-5.4	120	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.553	1.614	-3.9	106	0.00
16		Acenaphthylene	1.722	1.631	5.3	102	0.00
17		Acenaphthene	1.155	1.148	0.6	104	0.00
18		Fluorene	1.475	1.450	1.7	104	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	103	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.197	0.193	2.0	102	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.205	0.208	-1.5	104	0.00
22		Pentachlorophenol	0.037	0.031	16.2	116	0.00
23		Phenanthrene	1.205	1.211	-0.5	104	0.00
24		Anthracene	1.038	0.975	6.1	103	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.896	4.613	5.8	100	0.00
26		Fluoranthene	1.474	1.399	5.1	101	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	101	0.00
28		Pyrene	1.239	1.196	3.5	100	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.921	0.885	3.9	99	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.349	1.278	5.3	97	-0.01
31		Chrysene	1.372	1.386	-1.0	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.427	1.917	21.0	114	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.438	1.191	17.2	97	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	102	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.255	1.170	6.8	96	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.309	1.244	5.0	100	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.107	1.008	8.9	97	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.164	0.980	15.8	96	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.213	1.055	13.0	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE112119\
Data File : BE100754.D
Acq On : 21 Nov 2019 21:35
Operator : JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE112119

Quant Time: Nov 22 06:44:44 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE112119.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Nov 22 06:40:44 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0