Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE120517\
Data File : BE094933.D
Acq On : 6 Dec 2017 2:11
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 06 06:56:27 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE113017.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 01 13:33:28 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	79	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.415	-3.7	77	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.391	2.3	78	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.437	-9.2	85	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.443	-10.7	87	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.379	5.3	73	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	79	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.486	-21.5	97	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.393	1.8	77	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.420	-5.0	82	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.410	-2.5	81	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.406	-1.5	81	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	85	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.566	-41.5#	129	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.390	2.5	82	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.387	3.3	85	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.390	2.5	85	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.384	4.0	81	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	85	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.396	1.0	85	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.414	-3.5	86	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.516	-29.0#	120	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.384	4.0	81	0.00
24		Anthracene	0.400	0.375	6.3	82	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.378	5.5	81	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.368	8.0	78	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	73	0.00
28		Pyrene	0.400	0.476	-19.0	87	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.430	-7.5	79	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.425	-6.2	79	-0.02
31		Chrysene	0.400	0.373	6.8	68	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.500	-25.0	106	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.418	-4.5	77	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	78	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.378	5.5	76	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.373	6.8	75	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.393	1.8	79	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.382	4.5	76	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.386	3.5	77	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE120517\
Data File : BE094933.D
Acq On : 6 Dec 2017 2:11
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 06 06:56:27 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE113017.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 01 13:33:28 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0