Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE120619\
Data File : BE100798.D
Acq On : 6 Dec 2019 9:13
Operator : JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Dec 06 16:41:08 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 17:18:11 2019
Response via : Initial Calibration










TIC: BE100798.D

(22) Pentachlorophenol

16.945min (+0.158) 28.25ng

response 100

| Ion | Exp% | Act% |
|---|---|---|
| 266.00 | 100 | 100 |
| 264.00 | 79.20 | 58.90# |
| 268.00 | 82.30 | 0.00# |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |