Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE120619\
Data File : BE100799.D
Acq On : 6 Dec 2019 9:55
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 06 12:49:20 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 17:18:11 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	111	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.349	12.8	97	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.395	1.3	126	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.484	-21.0	143	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.494	-23.5	148	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.398	0.5	116	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	123	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.592	-48.0#	209	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.383	4.3	123	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.382	4.5	121	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.394	1.5	129	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.389	2.8	127	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	133	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.799	-99.8#	305	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.361	9.8	126	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.385	3.8	149	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.372	7.0	136	0.00
18		Fluorene	0.400	0.359	10.3	135	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	119	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.396	1.0	130	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.395	1.3	125	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.855	-113.7#	1314	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.375	6.3	118	0.00
24		Anthracene	0.400	0.383	4.3	133	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.350	12.5	115	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.340	15.0	112	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	106	0.00
28		Pyrene	0.400	0.407	-1.7	115	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.391	2.3	108	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.441	-10.2	131	0.00
31		Chrysene	0.400	0.381	4.8	104	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	1.091	-172.7#	329	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.492	-23.0	147	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	126	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.389	2.8	129	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.356	11.0	118	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.416	-4.0	143	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.413	-3.2	146	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.399	0.3	133	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE120619\
Data File : BE100799.D
Acq On : 6 Dec 2019 9:55
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 06 12:49:20 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 17:18:11 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0