Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE120619\
Data File : BE100803.D
Acq On : 6 Dec 2019 12:59
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 06 13:34:55 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 17:18:11 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	108	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.356	11.0	96	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.400	0.0	124	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.479	-19.7	137	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.491	-22.7	143	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.394	1.5	112	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	119	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.579	-44.7#	197	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.380	5.0	118	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.373	6.8	114	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.394	1.5	124	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.389	2.8	122	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	129	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.806	-101.5#	298	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.357	10.8	121	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.383	4.3	143	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.379	5.3	134	0.00
18		Fluorene	0.400	0.370	7.5	134	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	122	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.371	7.3	125	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.375	6.3	121	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.792	-98.0#	1247	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.363	9.3	117	0.01
24		Anthracene	0.400	0.369	7.8	131	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.332	17.0	112	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.327	18.3	110	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	104	0.00
28		Pyrene	0.400	0.403	-0.8	112	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.385	3.8	105	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.425	-6.2	125	0.00
31		Chrysene	0.400	0.376	6.0	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.965	-141.3#	279	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.467	-16.8	138	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	120	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.386	3.5	122	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.354	11.5	112	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.408	-2.0	135	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.408	-2.0	138	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.393	1.8	126	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE120619\
Data File : BE100803.D
Acq On : 6 Dec 2019 12:59
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 06 13:34:55 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 17:18:11 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0