Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121019\
Data File : BE100839.D
Acq On : 11 Dec 2019 9:08
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 11 10:33:03 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 17:18:11 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	111	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.395	1.3	109	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.395	1.3	125	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.450	-12.5	133	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.465	-16.3	139	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.389	2.8	114	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	123	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.520	-30.0#	184	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.387	3.3	124	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.371	7.3	117	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.392	2.0	128	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.387	3.3	126	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	148	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	1.071	-167.7#	455	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.326	18.5	127	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.364	9.0	157	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.383	4.3	156	0.00
18		Fluorene	0.400	0.479	-19.7	200	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	236	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.344	14.0	224	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.365	8.8	229	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.683	-70.8#	2081	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.376	6.0	235	0.00
24		Anthracene	0.400	0.377	5.8	259	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.360	10.0	234	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.364	9.0	238	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	218	0.00
28		Pyrene	0.400	0.408	-2.0	238	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.391	2.3	223	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.404	-1.0	248	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.395	1.3	222	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.641	-60.2#	362	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.447	-11.7	276	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	263	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.343	14.2	238	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.354	11.5	245	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.352	12.0	255	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.379	5.3	281	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.366	8.5	256	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121019\
Data File : BE100839.D
Acq On : 11 Dec 2019 9:08
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 11 10:33:03 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 17:18:11 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0