Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121118\
Data File : BE098352.D
Acq On : 12 Dec 2018 3:33
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 12 04:09:26 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	117	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.412	-3.0	123	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.299	25.3#	95	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.399	0.3	121	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.377	5.8	110	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.375	6.3	114	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	113	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.415	-3.7	127	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.399	0.3	115	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.397	0.8	115	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.383	4.3	109	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.374	6.5	108	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	109	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.416	-4.0	120	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.374	6.5	112	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.392	2.0	111	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.388	3.0	107	0.00
18		Fluorene	0.400	0.395	1.3	109	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	104	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.369	7.8	100	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.387	3.3	103	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.378	5.5	100	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.391	2.3	103	0.00
24		Anthracene	0.400	0.359	10.3	95	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.396	1.0	100	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.401	-0.3	100	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	123	0.00
28		Pyrene	0.400	0.337	15.8	102	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.328	18.0	102	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.369	7.8	116	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.379	5.3	118	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.342	14.5	106	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.393	1.8	128	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	130	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.385	3.8	129	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.410	-2.5	139	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.387	3.3	128	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.384	4.0	129	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.379	5.3	127	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121118\
Data File : BE098352.D
Acq On : 12 Dec 2018 3:33
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 12 04:09:26 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0