Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121118\
Data File : BE098360.D
Acq On : 12 Dec 2018 13:38
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 12 14:10:39 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	135	0.00
2		1,4-Dioxane	0.692	0.689	0.4	137	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.623	0.554	11.1	129	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.936	0.960	-2.6	142	0.00
5	S	Phenol-d6	1.326	1.345	-1.4	136	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.260	1.123	10.9	124	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	128	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.364	0.405	-11.3	155#	0.03
9		Naphthalene	4.025	3.926	2.5	128	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.256	0.258	-0.8	132	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.650	0.611	6.0	121	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.654	0.612	6.4	122	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	117	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.147	0.145	1.4	122	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.687	1.640	2.8	125	0.01
16		Acenaphthylene	1.874	1.804	3.7	117	0.01
17		Acenaphthene	1.126	1.093	2.9	115	0.01
18		Fluorene	1.506	1.420	5.7	111	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	110	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.215	0.206	4.2	110	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.231	0.229	0.9	111	0.00
22		Pentachlorophenol	0.046	0.045	2.2	135	0.00
23		Phenanthrene	0.972	0.946	2.7	108	0.00
24		Anthracene	0.866	0.800	7.6	103	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.131	4.997	2.6	103	0.00
26		Fluoranthene	1.286	1.255	2.4	103	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	127	0.00
28		Pyrene	1.255	1.089	13.2	108	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.972	0.814	16.3	108	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.139	1.032	9.4	118	0.00
31		Chrysene	1.193	1.153	3.4	124	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.313	2.149	7.1	119	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.187	1.166	1.8	132	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	134	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.094	1.042	4.8	132	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.274	1.280	-0.5	140	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.129	1.093	3.2	132	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.063	1.029	3.2	133	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.071	1.020	4.8	131	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121118\
Data File : BE098360.D
Acq On : 12 Dec 2018 13:38
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 12 14:10:39 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0