Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121119\
Data File : BE100864.D
Acq On : 12 Dec 2019 9:10
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 22 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 12 10:11:04 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 17:18:11 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	0.729	0.865	-18.7	118	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.594	0.708	-19.2	135	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.949	1.025	-8.0	114	0.00
5	S	Phenol-d6	1.433	1.592	-11.1	119	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.385	1.616	-16.7	122	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	102	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.190	0.276	-45.3#	170#	0.00
9		Naphthalene	4.250	4.874	-14.7	122	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.166	0.189	-13.9	120	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.580	0.667	-15.0	125	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.664	0.769	-15.8	126	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	111	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.044	0.078	-77.3#	224#	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.587	1.656	-4.3	121	-0.01
16		Acenaphthylene	1.655	1.819	-9.9	142	0.00
17		Acenaphthene	1.140	1.286	-12.8	137	0.00
18		Fluorene	1.471	1.734	-17.9	147	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	126	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.196	0.199	-1.5	141	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.213	0.221	-3.8	139	0.00
22		Pentachlorophenol	0.015	0.028	-86.7#	1253#	-0.01
23		Phenanthrene	1.212	1.298	-7.1	144	0.00
24		Anthracene	1.013	1.101	-8.7	160#	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.728	4.444	6.0	132	-0.01
26		Fluoranthene	1.446	1.387	4.1	134	-0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	97	-0.01
28		Pyrene	1.300	1.658	-27.5#	132	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.958	1.107	-15.6	117	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.179	1.371	-16.3	127	-0.01
31		Chrysene	1.385	1.636	-18.1	118	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.069	1.491	-39.5#	178#	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.207	1.403	-16.2	127	-0.03
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	107	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	1.095	1.143	-4.4	118	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.228	1.373	-11.8	126	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	0.948	0.976	-3.0	121	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.943	1.004	-6.5	128	-0.04
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.009	1.078	-6.8	121	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121119\
Data File : BE100864.D
Acq On : 12 Dec 2019 9:10
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 22 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 12 10:11:04 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 17:18:11 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0