Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121319\
Data File : BE100878.D
Acq On : 13 Dec 2019 9:35
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 13 10:49:01 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 13 10:42:38 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	96	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.477	-19.2	115	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.461	-15.3	127	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.477	-19.2	122	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.471	-17.7	122	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.461	-15.3	117	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	98	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.567	-41.7#	160	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.461	-15.3	118	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.449	-12.2	114	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.452	-13.0	118	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.466	-16.5	122	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	100	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.614	-53.5#	176	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.433	-8.2	113	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.445	-11.2	129	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.465	-16.3	128	0.00
18		Fluorene	0.400	0.456	-14.0	128	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	96	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.450	-12.5	120	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.481	-20.2	123	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.611	-52.7#	762	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.460	-15.0	118	0.00
24		Anthracene	0.400	0.424	-6.0	119	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.386	3.5	103	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.404	-1.0	108	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	80	0.00
28		Pyrene	0.400	0.498	-24.5	107	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.460	-15.0	96	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.452	-13.0	102	0.00
31		Chrysene	0.400	0.489	-22.2	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.559	-39.8#	115	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.471	-17.7	107	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	89	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.423	-5.7	100	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.455	-13.7	107	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.410	-2.5	101	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.422	-5.5	106	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.435	-8.7	103	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121319\
Data File : BE100878.D
Acq On : 13 Dec 2019 9:35
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 13 10:49:01 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 13 10:42:38 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0