Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121319\
Data File : BE100897.D
Acq On : 13 Dec 2019 22:13
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 14 03:07:57 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 13 10:42:38 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.406	-1.5	97	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.405	-1.3	111	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.432	-8.0	110	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.435	-8.7	112	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.390	2.5	98	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	101	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.526	-31.5#	152	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.386	3.5	101	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.375	6.3	97	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.382	4.5	102	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.378	5.5	101	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	105	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.567	-41.7#	171	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.368	8.0	102	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.360	10.0	110	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.376	6.0	109	0.00
18		Fluorene	0.400	0.374	6.5	111	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	104	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.358	10.5	102	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.381	4.8	105	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.523	-30.8#	700	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.379	5.3	104	0.00
24		Anthracene	0.400	0.347	13.3	105	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.326	18.5	93	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.329	17.8	95	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	87	0.00
28		Pyrene	0.400	0.402	-0.5	94	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.389	2.8	89	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.392	2.0	96	0.00
31		Chrysene	0.400	0.389	2.8	88	0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.636	-59.0#	144	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.402	-0.5	99	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	104	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.326	18.5	89	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.364	9.0	99	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.320	20.0#	91	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.340	15.0	99	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.345	13.8	95	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121319\
Data File : BE100897.D
Acq On : 13 Dec 2019 22:13
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 14 03:07:57 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 13 10:42:38 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1