Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121418\
Data File : BE098452.D
Acq On : 15 Dec 2018 1:14
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 17 17:03:50 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	88	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.297	25.8#	66	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.362	9.5	86	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.486	-21.5	110	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.508	-27.0#	111	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.363	9.3	83	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	88	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.406	-1.5	98	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.389	2.8	88	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.401	-0.3	91	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.376	6.0	84	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.381	4.8	86	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	87	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.505	-26.2#	116	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.361	9.8	87	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.389	2.8	88	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.380	5.0	84	0.00
18		Fluorene	0.400	0.390	2.5	86	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	85	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.365	8.8	81	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.374	6.5	81	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.693	-73.2#	166	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.379	5.3	82	0.00
24		Anthracene	0.400	0.360	10.0	77	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.401	-0.3	82	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.402	-0.5	82	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	101	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.344	14.0	85	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.322	19.5	82	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.364	9.0	94	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.379	5.3	96	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.398	0.5	101	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.393	1.8	104	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	107	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.387	3.3	107	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.378	5.5	105	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.388	3.0	106	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.380	5.0	104	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.378	5.5	104	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121418\
Data File : BE098452.D
Acq On : 15 Dec 2018 1:14
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 17 17:03:50 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0