Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121818\
Data File : BE098520.D
Acq On : 18 Dec 2018 19:39
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 19 03:25:31 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	73	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.373	6.8	69	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.290	27.5#	57	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.433	-8.2	81	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.507	-26.7#	91	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.386	3.5	73	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	85	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.341	14.8	79	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.397	0.8	87	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.402	-0.5	88	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.411	-2.7	89	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.399	0.3	87	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	82	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.368	8.0	79	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.396	1.0	89	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.354	11.5	75	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.386	3.5	80	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.368	8.0	76	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	69	-0.02
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.391	2.3	70	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.422	-5.5	74	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.408	-2.0	72	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.384	4.0	67	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.354	11.5	62	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.375	6.3	62	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.370	7.5	61	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	74	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.349	12.8	63	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.340	15.0	64	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.371	7.3	70	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.380	5.0	71	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.330	17.5	61	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.285	28.8#	56	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	76	-0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.389	2.8	77	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.416	-4.0	83	-0.03
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.391	2.3	76	-0.03
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.310	22.5	61	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.283	29.3#	56	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121818\
Data File : BE098520.D
Acq On : 18 Dec 2018 19:39
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 19 03:25:31 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0