Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE122618\
Data File : BE098560.D
Acq On : 26 Dec 2018 10:46
Operator : SJ/JU
Sample : PB115910BL
Misc :
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_E
**ClientSampleId :** PB115910BL

Quant Time: Dec 26 12:37:33 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

| Internal Standards | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 7.85 | 152 | 565 | 0.40 | ng | -0.01 |
| 7) Naphthalene-d8 | 10.67 | 136 | 2398 | 0.40 | ng | 0.00 |
| 13) Acenaphthene-d10 | 14.51 | 164 | 1793 | 0.40 | ng | -0.01 |
| 19) Phenanthrene-d10 | 17.27 | 188 | 5525 | 0.40 | ng | -0.01 |
| 27) Chrysene-d12 | 21.45 | 240 | 7351 | 0.40 | ng | -0.01 |
| 34) Perylene-d12 | 23.98 | 264 | 6412 | 0.40 | ng | -0.03 |
| **System Monitoring Compounds** | | | | | | |
| 4) 2-Fluorophenol | 5.44 | 112 | 628 | 0.47 | ng | 0.00 |
| 5) Phenol-d6 | 7.06 | 99 | 733 | 0.39 | ng | 0.00 |
| 8) Nitrobenzene-d5 | 9.07 | 82 | 567 | 0.26 | ng | 0.05 |
| 11) 2-Methylnaphthalene-d10 | 12.27 | 152 | 1441 | 0.37 | ng | 0.00 |
| 14) 2,4,6-Tribromophenol | 16.02 | 330 | 250 | 0.38 | ng | 0.00 |
| 15) 2-Fluorobiphenyl | 13.15 | 172 | 2211 | 0.29 | ng | 0.00 |
| 25) Fluoranthene-d10 | 19.30 | 212 | 30337 | 0.43 | ng | -0.01 |
| 29) Terphenyl-d14 | 19.89 | 244 | 6312 | 0.35 | ng | -0.02 |
| **Target Compounds** | | | | | | Qvalue |

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE122618\
Data File : BE098560.D
Acq On : 26 Dec 2018 10:46
Operator : SJ/JU
Sample : PB115910BL
Misc :
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_E
**ClientSampleId :**
PB115910BL

Quant Time: Dec 26 12:37:33 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration