Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE122618\
Data File : BE098559.D
Acq On : 26 Dec 2018 10:07
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 26 10:40:59 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	51	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.692	0.725	-4.8	54	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.623	0.542	13.0	48#	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.936	0.973	-4.0	55	0.00
5	S	Phenol-d6	1.326	1.462	-10.3	56	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.260	1.140	9.5	48#	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	51	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.364	0.352	3.3	54	0.00
9		Naphthalene	4.025	4.192	-4.1	54	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.256	0.295	-15.2	60	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.650	0.688	-5.8	55	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.654	0.679	-3.8	54	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	55	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.147	0.168	-14.3	66	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.687	1.639	2.8	59	-0.01
16		Acenaphthylene	1.874	1.717	8.4	52	-0.01
17		Acenaphthene	1.126	1.092	3.0	54	-0.01
18		Fluorene	1.506	1.493	0.9	55	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	51	-0.02
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.215	0.207	3.7	51	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.231	0.253	-9.5	57	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.046	0.052	-13.0	73	-0.01
23		Phenanthrene	0.972	0.991	-2.0	53	-0.01
24		Anthracene	0.866	0.793	8.4	47#	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.131	5.683	-10.8	54	-0.02
26		Fluoranthene	1.286	1.401	-8.9	53	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	59	-0.01
28		Pyrene	1.255	1.166	7.1	53	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.972	0.891	8.3	54	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.139	1.097	3.7	58	-0.03
31		Chrysene	1.193	1.179	1.2	59	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.313	1.956	15.4	50#	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.187	1.256	-5.8	66	-0.04
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	62	-0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	1.094	1.100	-0.5	65	-0.03
36		Benzo(k)fluoranthene	1.274	1.246	2.2	64	-0.03
37	C	Benzo(a)pyrene	1.129	1.139	-0.9	64	-0.03
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.063	1.042	2.0	63	-0.04
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.071	1.087	-1.5	65	-0.04

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE122618\
Data File : BE098559.D
Acq On : 26 Dec 2018 10:07
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 26 10:40:59 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0