Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF010422\
Data File : BF126468.D
Acq On : 4 Jan 2022 15:10
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 05 01:58:41 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF122921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 05 01:57:07 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	42.344	-5.9	92	0.00
3		Pyridine	40.000	40.316	-0.8	88	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	36.776	8.1	83	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.977	0.0	91	0.00
6		Aniline	40.000	38.355	4.1	86	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	77.225	3.5	89	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.963	-2.4	92	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	33.688	15.8	81	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.457	3.9	87	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.813	5.5	86	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.374	-0.9	91	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.404	-1.0	91	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.510	3.7	93	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.268	4.3	86	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	36.606	8.5	83	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.727	3.2	88	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.695	3.3	86	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	34.941	12.6	83	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	36.595	8.5	88	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	91	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.752	5.6	87	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	75.699	5.4	84	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	37.801	5.5	82	0.00
25		Isophorone	40.000	36.453	8.9	83	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.422	-3.6	90	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.672	-1.7	89	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.414	6.5	84	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.743	-1.9	92	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.522	-1.3	91	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.810	0.5	90	0.00
32		Benzoic acid	40.000	44.908	-12.3	113	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.302	-0.8	90	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.487	1.3	89	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.928	-2.3	95	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.038	2.4	87	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.260	-0.6	90	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.891	0.3	91	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.679	-1.7	94	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.510	-1.3	84	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	83.942	-4.9	94	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	42.432	-6.1	95	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.692	-4.2	95	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	72.507	9.4	92	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.564	1.1	90	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.756	0.6	91	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF010422\
Data File : BF126468.D
Acq On : 4 Jan 2022 15:10
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 05 01:58:41 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF122921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 05 01:57:07 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	37.228	6.9	83	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.566	-1.4	93	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.072	2.3	90	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.271	-0.7	91	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.857	0.4	90	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.983	-2.5	93	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.796	0.5	93	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.181	-0.5	92	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	43.743	-9.4	95	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	42.306	-5.8	93	0.00
58		Fluorene	40.000	39.234	1.9	92	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.138	-5.3	95	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.425	1.4	90	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.579	1.1	93	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.396	-6.0	97	0.00
63		Azobenzene	40.000	37.002	7.5	84	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	44.918	-12.3	94	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.024	-0.1	94	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.707	-1.8	93	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.246	-0.6	94	0.00
69		Atrazine	40.000	43.759	-9.4	95	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	43.827	-9.6	94	0.00
71		Phenanthrene	40.000	40.061	-0.2	94	0.00
72		Anthracene	40.000	40.547	-1.4	96	0.00
73		Carbazole	40.000	40.625	-1.6	96	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.258	1.9	91	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.712	-1.8	96	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	95	0.00
77		Benzidine	40.000	49.958	-24.9	111	0.00
78		Pyrene	40.000	42.230	-5.6	96	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.449	0.7	93	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.184	-0.5	90	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.765	-1.9	94	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.799	0.5	94	0.00
83		Chrysene	40.000	40.406	-1.0	93	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.115	2.2	90	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.150	-2.9	92	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	106	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	41.701	-4.3	104	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.200	2.0	106	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.238	1.9	96	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.791	-2.0	105	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.554	-3.9	104	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	42.132	-5.3	106	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF010422\
Data File : BF126468.D
Acq On : 4 Jan 2022 15:10
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 05 01:58:41 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF122921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 05 01:57:07 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0