Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF040320\
Data File : BF119740.D
Acq On : 4 Apr 2020 2:38
Operator : MA/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 04 03:39:59 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 01 11:59:45 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	77	0.02
2		1,4-Dioxane	0.621	0.569	8.4	68	0.05
3		Pyridine	1.709	1.556	9.0	67	0.05
4		n-Nitrosodimethylamine	0.834	0.684	18.0	60	0.05
5	S	2-Fluorophenol	1.256	1.237	1.5	72	0.02
6		Aniline	2.215	2.090	5.6	68	0.02
7	S	Phenol-d6	1.605	1.569	2.2	71	0.02
8		2-Chlorophenol	1.320	1.335	-1.1	73	0.02
9		Benzaldehyde	1.018	0.913	10.3	66	0.02
10	C	Phenol	1.712	1.790	-4.6	76	0.02
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.370	1.315	4.0	70	0.02
12		1,3-Dichlorobenzene	1.428	1.446	-1.3	74	0.02
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.428	1.450	-1.5	75	0.02
14		1,2-Dichlorobenzene	1.335	1.384	-3.7	75	0.02
15		Benzyl Alcohol	1.207	1.158	4.1	68	0.02
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.763	2.365	14.4	63	0.02
17		2-Methylphenol	1.209	1.191	1.5	72	0.02
18		Hexachloroethane	0.523	0.525	-0.4	74	0.02
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.967	0.916	5.3	70	0.02
20		3+4-Methylphenols	1.482	1.440	2.8	70	0.02
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	76	0.02
22		Acetophenone	0.478	0.454	5.0	71	0.02
23	S	Nitrobenzene-d5	0.368	0.377	-2.4	75	0.02
24		Nitrobenzene	0.393	0.387	1.5	73	0.02
25		Isophorone	0.746	0.698	6.4	70	0.02
26	C	2-Nitrophenol	0.155	0.194	-25.2#	92	0.02
27		2,4-Dimethylphenol	0.320	0.289	9.7	67	0.02
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.441	0.419	5.0	71	0.02
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.294	0.293	0.3	74	0.02
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.325	0.326	-0.3	75	0.02
31		Naphthalene	1.029	1.037	-0.8	74	0.02
32		Benzoic acid	0.206	0.191	7.3	69	0.01
33		4-Chloroaniline	0.472	0.455	3.6	71	0.02
34	C	Hexachlorobutadiene	0.182	0.188	-3.3	77	0.02
35		Caprolactam	0.096	0.092	4.2	69	0.02
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.322	0.310	3.7	71	0.02
37		2-Methylnaphthalene	0.675	0.682	-1.0	75	0.02
38		1-Methylnaphthalene	0.639	0.640	-0.2	74	0.02
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	77	0.01
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.586	0.615	-4.9	78	0.02
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.333	0.291	12.6	65	0.02
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.206	0.232	-12.6	83	0.02
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.420	0.427	-1.7	76	0.02
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.470	0.476	-1.3	75	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF040320\
Data File : BF119740.D
Acq On : 4 Apr 2020 2:38
Operator : MA/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 04 03:39:59 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 01 11:59:45 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.350	1.360	-0.7	78	0.02
46		1,1'-Biphenyl	1.629	1.670	-2.5	75	0.02
47		2-Chloronaphthalene	1.276	1.269	0.5	74	0.02
48		2-Nitroaniline	0.440	0.461	-4.8	75	0.02
49		Acenaphthylene	2.004	2.016	-0.6	74	0.02
50		Dimethylphthalate	1.421	1.435	-1.0	75	0.02
51		2,6-Dinitrotoluene	0.304	0.326	-7.2	78	0.02
52	C	Acenaphthene	1.249	1.255	-0.5	75	0.02
53		3-Nitroaniline	0.384	0.392	-2.1	75	0.01
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.112	0.110	1.8	76	0.02
55		Dibenzofuran	1.791	1.804	-0.7	74	0.02
56	P	4-Nitrophenol	0.303	0.272	10.2	64	0.02
57		2,4-Dinitrotoluene	0.384	0.443	-15.4	84	0.02
58		Fluorene	1.324	1.372	-3.6	76	0.02
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.351	0.366	-4.3	75	0.02
60		Diethylphthalate	1.442	1.482	-2.8	76	0.01
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.648	0.675	-4.2	77	0.02
62		4-Nitroaniline	0.369	0.371	-0.5	73	0.02
63		Azobenzene	1.452	1.398	3.7	71	0.02
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	76	0.02
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.084	0.090	-7.1	79	0.01
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.657	0.658	-0.2	74	0.02
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.228	0.237	-3.9	76	0.02
68		Hexachlorobenzene	0.233	0.251	-7.7	80	0.02
69		Atrazine	0.180	0.182	-1.1	75	0.01
70	C	Pentachlorophenol	0.137	0.134	2.2	72	0.02
71		Phenanthrene	1.037	1.046	-0.9	75	0.02
72		Anthracene	1.054	1.055	-0.1	73	0.02
73		Carbazole	1.043	0.971	6.9	68	0.02
74		Di-n-butylphthalate	1.116	1.188	-6.5	79	0.02
75	C	Fluoranthene	1.122	1.053	6.1	68	0.02
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	63	0.02
77		Benzidine	0.846	0.606	28.4#	45#	0.02
78		Pyrene	1.641	1.772	-8.0	68	0.02
79	S	Terphenyl-d14	1.021	1.173	-14.9	73	0.02
80		Butylbenzylphthalate	0.664	0.733	-10.4	70	0.02
81		Benzo(a)anthracene	1.301	1.288	1.0	61	0.02
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.513	0.462	9.9	54	0.02
83		Chrysene	1.342	1.318	1.8	60	0.02
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.791	0.947	-19.7	76	0.01
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.392	1.557	-11.9	68	0.01
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.264	1.446	-14.4	75	0.04
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	65	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF040320\
Data File : BF119740.D
Acq On : 4 Apr 2020 2:38
Operator : MA/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 04 03:39:59 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 01 11:59:45 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.336	1.252	6.3	60	0.02
89	Benzo(k)fluoranthene	1.272	1.241	2.4	61	0.02
90 C	Benzo(a)pyrene	1.214	1.192	1.8	62	0.02
91	Dibenzo(a,h)anthracene	1.062	1.168	-10.0	74	0.04
92	Benzo(g,h,i)perylene	1.067	1.167	-9.4	75	0.04

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1