Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF050523\
Data File : BF133265.D
Acq On : 05 May 2023 15:36
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 06 05:48:48 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 05 10:49:34 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	0.614	0.583	5.0	96	0.00
3		Pyridine	1.631	1.599	2.0	96	0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	0.845	0.779	7.8	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.324	1.264	4.5	96	0.00
6		Aniline	2.117	1.960	7.4	90	0.00
7	S	Phenol-d6	1.643	1.526	7.1	94	0.00
8		2-Chlorophenol	1.344	1.277	5.0	95	0.00
9		Benzaldehyde	0.791	0.734	7.2	97	0.00
10	C	Phenol	1.813	1.603	11.6	89	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.360	1.257	7.6	93	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.429	1.352	5.4	95	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.432	1.375	4.0	95	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.321	1.269	3.9	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.135	1.057	6.9	90	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.363	2.039	13.7	86	0.00
17		2-Methylphenol	1.231	1.146	6.9	93	0.00
18		Hexachloroethane	0.498	0.480	3.6	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.023	0.852	16.7	86	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.450	1.359	6.3	95	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	100	0.00
22		Acetophenone	0.463	0.436	5.8	97	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.371	0.351	5.4	93	0.00
24		Nitrobenzene	0.375	0.353	5.9	93	0.00
25		Isophorone	0.704	0.651	7.5	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.181	0.185	-2.2	97	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.311	0.298	4.2	94	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.416	0.388	6.7	93	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.283	0.275	2.8	95	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.293	0.285	2.7	97	0.00
31		Naphthalene	1.000	0.956	4.4	95	0.00
32		Benzoic acid	0.192	0.199	-3.6	95	0.00
33		4-Chloroaniline	0.404	0.408	-1.0	102	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.162	0.158	2.5	97	0.00
35		Caprolactam	0.095	0.096	-1.1	97	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.305	0.295	3.3	95	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.684	0.654	4.4	95	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.640	0.609	4.8	95	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	104	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.538	0.500	7.1	96	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.314	0.273	13.1	85	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.201	0.190	5.5	95	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.372	0.349	6.2	95	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.430	0.406	5.6	95	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.195	1.115	6.7	96	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.586	1.476	6.9	96	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.161	1.090	6.1	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF050523\
Data File : BF133265.D
Acq On : 05 May 2023 15:36
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 06 05:48:48 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 05 10:49:34 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.384	0.368	4.2	95	0.00
49		Acenaphthylene	1.855	1.746	5.9	96	0.00
50		Dimethylphthalate	1.395	1.336	4.2	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.314	0.308	1.9	100	0.00
52	C	Acenaphthene	1.242	1.180	5.0	98	0.00
53		3-Nitroaniline	0.373	0.369	1.1	98	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.158	0.154	2.5	92	0.00
55		Dibenzofuran	1.695	1.596	5.8	98	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.289	0.244	15.6	82	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.400	0.399	0.3	98	0.00
58		Fluorene	1.241	1.164	6.2	100	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.333	0.309	7.2	95	0.00
60		Diethylphthalate	1.317	1.275	3.2	99	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.605	0.563	6.9	98	0.00
62		4-Nitroaniline	0.343	0.365	-6.4	110	0.00
63		Azobenzene	1.395	1.291	7.5	96	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	106	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.121	0.128	-5.8	102	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.649	0.609	6.2	100	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.217	0.200	7.8	97	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.222	0.204	8.1	96	0.00
69		Atrazine	0.187	0.186	0.5	102	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.158	0.138	12.7	86	0.00
71		Phenanthrene	1.075	0.997	7.3	100	0.00
72		Anthracene	1.100	1.038	5.6	101	0.00
73		Carbazole	0.980	0.923	5.8	99	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.109	1.127	-1.6	104	0.00
75	C	Fluoranthene	1.079	1.016	5.8	99	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
77		Benzidine	0.338	0.404	-19.5	124	-0.25
78		Pyrene	1.714	1.630	4.9	97	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.160	1.050	9.5	94	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.607	0.702	-15.7	111	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.375	1.233	10.3	91	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.380	0.376	1.1	96	0.00
83		Chrysene	1.375	1.265	8.0	94	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.762	0.781	-2.5	100	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.242	1.212	2.4	94	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	96	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.138	1.239	-8.9	99	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.272	1.187	6.7	86	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.261	1.225	2.9	92	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.158	1.116	3.6	89	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	0.949	1.022	-7.7	96	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	0.937	1.049	-12.0	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF050523\
Data File : BF133265.D
Acq On : 05 May 2023 15:36
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 06 05:48:48 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 05 10:49:34 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0