Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF052319\
Data File : BF114533.D
Acq On : 23 May 2019 19:44
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 24 07:45:35 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF051019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 24 07:23:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	52	0.00
2		1,4-Dioxane	0.683	0.569	16.7	43#	-0.01
3		Pyridine	1.882	1.641	12.8	46#	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.908	0.795	12.4	46#	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.243	1.231	1.0	51	0.00
6		Aniline	2.123	2.181	-2.7	53	0.00
7	S	Phenol-d6	1.470	1.544	-5.0	55	0.00
8		2-Chlorophenol	1.327	1.404	-5.8	55	0.00
9		Benzaldehyde	1.029	0.913	11.3	44#	0.00
10	C	Phenol	1.729	1.800	-4.1	54	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.313	1.377	-4.9	55	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.489	1.569	-5.4	55	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.501	1.577	-5.1	55	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.371	1.462	-6.6	55	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.146	1.160	-1.2	52	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.545	2.550	-0.2	52	0.00
17		2-Methylphenol	1.090	1.115	-2.3	53	0.00
18		Hexachloroethane	0.563	0.582	-3.4	53	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.932	0.957	-2.7	55	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.259	1.409	-11.9	58	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	56	0.00
22		Acetophenone	0.443	0.456	-2.9	57	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.356	0.357	-0.3	55	0.00
24		Nitrobenzene	0.363	0.366	-0.8	55	0.00
25		Isophorone	0.661	0.661	0.0	57	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.176	0.183	-4.0	58	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.277	0.271	2.2	55	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.429	0.436	-1.6	57	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.275	0.286	-4.0	57	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.313	0.316	-1.0	56	0.00
31		Naphthalene	0.934	0.977	-4.6	57	0.00
32		Benzoic acid	0.181	0.191	-5.5	59	0.00
33		4-Chloroaniline	0.426	0.448	-5.2	57	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.178	0.184	-3.4	56	0.00
35		Caprolactam	0.090	0.098	-8.9	58	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.277	0.298	-7.6	58	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.603	0.653	-8.3	58	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.568	0.606	-6.7	57	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	59	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.606	0.619	-2.1	58	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.255	0.246	3.5	53	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.207	0.202	2.4	58	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.417	0.404	3.1	55	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.427	0.413	3.3	54	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF052319\
Data File : BF114533.D
Acq On : 23 May 2019 19:44
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 24 07:45:35 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF051019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 24 07:23:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.322	1.306	1.2	59	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.616	1.668	-3.2	59	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.300	1.315	-1.2	58	0.00
48		2-Nitroaniline	0.461	0.473	-2.6	59	0.00
49		Acenaphthylene	1.978	2.024	-2.3	58	0.00
50		Dimethylphthalate	1.468	1.517	-3.3	60	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.326	0.334	-2.5	59	0.00
52	C	Acenaphthene	1.214	1.209	0.4	58	0.00
53		3-Nitroaniline	0.404	0.423	-4.7	60	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.131	0.124	5.3	52	0.00
55		Dibenzofuran	1.780	1.719	3.4	56	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.286	0.256	10.5	53	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.442	0.416	5.9	55	0.00
58		Fluorene	1.375	1.437	-4.5	61	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.369	0.345	6.5	55	0.00
60		Diethylphthalate	1.492	1.516	-1.6	61	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.675	0.704	-4.3	61	0.00
62		4-Nitroaniline	0.425	0.435	-2.4	62	0.00
63		Azobenzene	1.444	1.427	1.2	59	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	60	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.096	0.103	-7.3	63	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.607	0.623	-2.6	59	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.220	0.220	0.0	59	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.244	0.240	1.6	58	0.00
69		Atrazine	0.189	0.190	-0.5	60	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.115	0.098	14.8	48#	0.00
71		Phenanthrene	0.973	1.014	-4.2	61	0.00
72		Anthracene	0.977	1.023	-4.7	60	0.00
73		Carbazole	0.932	0.978	-4.9	61	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.074	1.174	-9.3	63	0.00
75	C	Fluoranthene	1.048	1.103	-5.2	62	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	62	0.00
77		Benzidine	0.898	1.029	-14.6	72	0.00
78		Pyrene	1.609	1.543	4.1	62	0.00
79	S	Terphenyl-d14	0.970	0.942	2.9	62	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.677	0.710	-4.9	65	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.294	1.359	-5.0	63	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.502	0.520	-3.6	60	0.00
83		Chrysene	1.268	1.292	-1.9	62	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.886	0.965	-8.9	67	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.436	1.583	-10.2	66	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.121	1.142	-1.9	65	0.00
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	66	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF052319\
Data File : BF114533.D
Acq On : 23 May 2019 19:44
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 24 07:45:35 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF051019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 24 07:23:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.281	1.254	2.1	65	0.00
89	Benzo(k)fluoranthene	1.177	1.216	-3.3	65	0.00
90 C	Benzo(a)pyrene	1.128	1.154	-2.3	67	0.00
91	Dibenzo(a,h)anthracene	0.937	0.914	2.5	66	0.00
92	Benzo(g,h,i)perylene	0.939	0.878	6.5	65	-0.01

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0