Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF060119\
Data File : BF114741.D
Acq On : 1 Jun 2019 8:09
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 03 01:17:03 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 29 19:08:51 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	125	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.128	2.2	119	0.00
3		Pyridine	40.000	37.636	5.9	114	0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	35.683	10.8	108	0.01
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.970	2.5	118	0.00
6		Aniline	40.000	39.089	2.3	117	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.082	1.1	119	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.706	-1.8	122	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	41.538	-3.8	122	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.308	1.7	117	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.033	2.4	117	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.256	-0.6	121	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.521	-1.3	121	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.777	-1.9	120	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.249	-0.6	119	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	35.983	10.0	107	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.140	-0.4	122	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.762	0.6	119	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.834	7.9	112	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	38.186	4.5	122	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	123	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.110	-0.3	120	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	81.010	-1.3	120	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.310	-0.8	118	0.00
25		Isophorone	40.000	37.525	6.2	114	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	44.274	-10.7	133	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.807	0.5	119	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.863	2.8	116	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.410	-3.5	124	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	41.279	-3.2	123	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.298	1.8	120	0.00
32		Benzoic acid	40.000	44.529	-11.3	148	0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	40.111	-0.3	122	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.584	-4.0	123	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.894	0.3	122	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.941	-2.4	123	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.997	-2.5	120	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.522	-1.3	118	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	119	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	42.682	-6.7	122	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.377	-0.9	116	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	85.191	-6.5	122	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	42.522	-6.3	125	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	42.887	-7.2	122	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF060119\
Data File : BF114741.D
Acq On : 1 Jun 2019 8:09
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 03 01:17:03 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 29 19:08:51 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	84.095	-5.1	119	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.053	-0.1	118	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	41.565	-3.9	119	0.00
48		2-Nitroaniline	40.000	42.183	-5.5	122	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.174	2.1	116	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.604	-1.5	117	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.422	-6.1	122	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	41.689	-4.2	119	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.955	-7.4	125	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	51.161	-27.9#	148	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.307	1.7	116	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.349	-5.9	122	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.102	-7.8	124	0.00
58		Fluorene	40.000	41.698	-4.2	120	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	43.172	-7.9	122	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.362	1.6	111	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	41.042	-2.6	118	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.811	-7.0	124	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.260	4.4	110	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	121	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	47.982	-20.0	140	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.100	-0.3	115	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.535	-1.3	116	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.874	-2.2	119	0.00
69		Atrazine	40.000	39.850	0.4	118	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.721	-6.8	122	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.441	6.4	117	0.00
72		Anthracene	40.000	37.444	6.4	116	0.00
73		Carbazole	40.000	38.744	3.1	117	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	35.931	10.2	108	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	36.760	8.1	113	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	119	0.00
77		Benzidine	40.000	41.680	-4.2	117	0.00
78		Pyrene	40.000	38.679	3.3	117	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	76.799	4.0	117	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	36.930	7.7	112	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.459	3.9	114	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.190	-0.5	119	0.00
83		Chrysene	40.000	38.987	2.5	118	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	35.310	11.7	102	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.414	9.0	106	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.838	2.9	119	0.00
87	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	127	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF060119\
Data File : BF114741.D
Acq On : 1 Jun 2019 8:09
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 03 01:17:03 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 29 19:08:51 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.611	1.0	126	0.00
89	Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.104	4.7	113	0.00
90 C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.387	1.5	121	0.00
91	Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.551	6.1	116	0.00
92	Benzo(g,h,i)perylene	40.000	37.300	6.8	118	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0