Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF060223\
Data File : BF133556.D
Acq On : 02 Jun 2023 11:49
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 02 12:51:40 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF052523.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue May 30 12:58:40 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	79	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.771	-1.9	78	0.00
3		Pyridine	40.000	40.607	-1.5	79	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.393	4.0	75	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.909	-1.1	81	0.00
6		Aniline	40.000	39.391	1.5	79	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.324	0.8	80	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	41.726	-4.3	82	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.736	5.7	74	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.455	-1.1	79	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.995	2.5	78	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.624	0.9	79	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.867	0.3	80	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.134	-0.3	81	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.061	-0.2	78	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.258	4.4	76	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.300	1.8	79	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	41.329	-3.3	79	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.544	6.1	77	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	42.565	-6.4	81	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	80	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.701	3.2	80	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	97.020	-21.3	88	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	46.608	-16.5	85	0.00
25		Isophorone	40.000	38.169	4.6	77	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	46.596	-16.5	98	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.435	1.4	79	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.454	3.9	78	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.684	-4.2	81	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.186	2.0	79	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.451	1.4	81	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.221	4.4	79	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.956	0.1	81	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.681	3.3	78	0.00
35		Caprolactam	40.000	43.598	-9.0	84	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.241	-3.1	81	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.016	-0.0	81	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.785	0.5	81	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	83	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.689	3.3	81	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	37.217	7.0	72	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	89.176	-11.5	87	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.380	-3.5	82	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.972	-4.9	82	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	80.079	-0.1	83	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.236	1.9	83	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.600	3.5	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF060223\
Data File : BF133556.D
Acq On : 02 Jun 2023 11:49
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 02 12:51:40 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF052523.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue May 30 12:58:40 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	44.486	-11.2	94	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.531	1.2	82	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.701	0.7	83	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	46.201	-15.5	96	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.453	1.4	83	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	45.213	-13.0	95	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.850	-4.6	94	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.470	1.3	83	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	46.063	-15.2	91	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	47.530	-18.8	102	0.00
58		Fluorene	40.000	39.133	2.2	84	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.984	-7.5	83	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.937	0.2	82	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.989	2.5	83	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	43.225	-8.1	90	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.833	2.9	81	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	84	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	43.058	-7.6	101	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.139	2.2	84	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.580	1.1	82	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.710	0.7	83	0.00
69		Atrazine	40.000	41.501	-3.8	85	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.975	-7.4	82	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.752	0.6	85	0.00
72		Anthracene	40.000	40.062	-0.2	86	0.00
73		Carbazole	40.000	40.033	-0.1	86	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.515	-1.3	84	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.425	3.9	82	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	72	0.00
77		Benzidine	40.000	32.405	19.0	64	0.00
78		Pyrene	40.000	43.791	-9.5	79	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	87.968	-10.0	82	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	46.900	-17.2	78	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.193	-0.5	72	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.080	-2.7	72	0.00
83		Chrysene	40.000	39.942	0.1	71	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	46.028	-15.1	78	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	44.790	-12.0	69	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	86	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	45.965	-14.9	101	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.013	5.0	83	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	35.019	12.5	75	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.694	0.8	86	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	47.166	-17.9	103	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	45.341	-13.4	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF060223\
Data File : BF133556.D
Acq On : 02 Jun 2023 11:49
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 02 12:51:40 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF052523.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue May 30 12:58:40 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0