Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF070122\
Data File : BF129082.D
Acq On : 01 Jul 2022 09:40
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 02 01:23:45 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF062922.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 29 17:05:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.743	0.6	92	0.00
3		Pyridine	40.000	39.999	0.0	90	-0.04
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	37.922	5.2	87	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.285	2.1	91	0.00
6		Aniline	40.000	39.467	1.3	92	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.652	1.7	92	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.293	1.8	91	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.806	3.0	95	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.011	2.5	91	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.952	2.6	91	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.392	1.5	93	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.601	1.0	93	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.668	0.8	92	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.935	2.7	89	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.701	5.7	89	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.985	2.5	91	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.265	1.8	92	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.056	4.9	89	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.883	0.3	92	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	93	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.701	3.2	91	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	81.902	-2.4	93	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.325	-0.8	93	0.00
25		Isophorone	40.000	38.576	3.6	90	-0.01
26	C	2-Nitrophenol	40.000	45.148	-12.9	98	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.214	-0.5	93	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.319	1.7	91	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.124	-0.3	92	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.221	1.9	92	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.976	0.1	92	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.583	-4.0	96	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.453	-1.1	94	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.046	2.4	92	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.516	1.2	92	-0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.912	0.2	92	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.649	0.9	92	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.479	1.3	91	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	92	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.722	0.7	92	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	41.862	-4.7	93	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	82.781	-3.5	96	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.764	-1.9	91	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.840	0.4	91	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	73.911	7.6	93	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.768	0.6	92	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.494	1.3	91	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF070122\
Data File : BF129082.D
Acq On : 01 Jul 2022 09:40
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 02 01:23:45 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF062922.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 29 17:05:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	43.635	-9.1	96	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.468	-1.2	92	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.352	1.6	91	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.149	-5.4	94	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.664	-1.7	94	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	43.223	-8.1	97	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	48.293	-20.7	126	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.694	0.8	91	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.840	-7.1	94	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	45.451	-13.6	99	0.00
58		Fluorene	40.000	39.585	1.0	92	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.477	-1.2	93	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.550	1.1	92	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.085	2.3	91	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	43.596	-9.0	97	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.057	2.4	89	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	93	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	50.673	-26.7#	115	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.058	2.4	91	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.884	0.3	92	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.746	3.1	92	0.00
69		Atrazine	40.000	40.647	-1.6	93	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.605	-4.0	93	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.341	1.6	92	0.00
72		Anthracene	40.000	39.484	1.3	92	0.00
73		Carbazole	40.000	39.718	0.7	94	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.005	-0.0	93	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.597	1.0	94	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	97	0.00
77		Benzidine	40.000	45.761	-14.4	104	0.00
78		Pyrene	40.000	39.261	1.8	94	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.190	3.5	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.308	-0.8	96	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.386	1.5	97	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.637	-4.1	105	0.00
83		Chrysene	40.000	38.536	3.7	94	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.574	-1.4	97	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.332	-0.8	98	-0.01
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	95	-0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	35.995	10.0	89	-0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.558	-3.9	98	-0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.483	-1.2	95	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.399	1.5	94	-0.01
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	36.508	8.7	89	-0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	35.351	11.6	88	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF070122\
Data File : BF129082.D
Acq On : 01 Jul 2022 09:40
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 02 01:23:45 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF062922.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 29 17:05:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0