Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF072018\
Data File : BF107528.D
Acq On : 20 Jul 2018 17:21
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 20 22:43:02 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF072018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 16:29:27 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	104	0.00
2		1,4-Dioxane	0.579	0.538	7.1	97	0.00
3		Pyridine	1.575	1.483	5.8	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.664	0.596	10.2	95	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.244	1.168	6.1	97	0.00
6		Aniline	1.926	1.817	5.7	99	0.00
7	S	Phenol-d6	1.494	1.390	7.0	99	0.00
8		2-Chlorophenol	1.333	1.250	6.2	98	0.00
9		Benzaldehyde	0.977	0.850	13.0	99	0.00
10	C	Phenol	1.757	1.617	8.0	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.456	1.271	12.7	90	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.511	1.425	5.7	101	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.549	1.459	5.8	100	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.390	1.304	6.2	101	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.018	0.982	3.5	99	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.457	2.253	8.3	98	0.00
17		2-Methylphenol	1.133	1.032	8.9	96	0.00
18		Hexachloroethane	0.543	0.530	2.4	100	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.965	0.872	9.6	99	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.345	1.255	6.7	99	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	105	0.00
22		Acetophenone	0.470	0.421	10.4	99	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.296	0.312	-5.4	106	0.00
24		Nitrobenzene	0.339	0.341	-0.6	100	0.00
25		Isophorone	0.633	0.572	9.6	96	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.143	0.164	-14.7	112	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.271	0.267	1.5	104	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.423	0.388	8.3	98	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.277	0.270	2.5	99	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.311	0.292	6.1	100	0.00
31		Naphthalene	0.879	0.793	9.8	99	0.00
32		Benzoic acid	0.166	0.180	-8.4	103	0.00
33		4-Chloroaniline	0.384	0.328	14.6	96	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.185	0.177	4.3	102	0.00
35		Caprolactam	0.090	0.084	6.7	94	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.308	0.290	5.8	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.609	0.550	9.7	99	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	104	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.667	0.616	7.6	98	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.339	0.352	-3.8	103	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.227	0.225	0.9	99	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.427	0.421	1.4	98	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.446	0.446	0.0	99	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.315	1.153	12.3	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF072018\
Data File : BF107528.D
Acq On : 20 Jul 2018 17:21
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 20 22:43:02 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF072018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 16:29:27 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.742	1.584	9.1	99	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.332	1.215	8.8	98	0.00
47		2-Nitroaniline	0.388	0.416	-7.2	105	0.00
48		Acenaphthylene	2.000	1.821	9.0	99	0.00
49		Dimethylphthalate	1.507	1.352	10.3	97	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.299	0.308	-3.0	104	0.00
51	C	Acenaphthene	1.253	1.173	6.4	99	0.00
52		3-Nitroaniline	0.364	0.365	-0.3	102	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.096	0.112	-16.7	119	0.00
54		Dibenzofuran	1.845	1.636	11.3	97	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.273	0.275	-0.7	99	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.361	0.381	-5.5	103	0.00
57		Fluorene	1.316	1.226	6.8	98	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.371	0.362	2.4	97	0.00
59		Diethylphthalate	1.574	1.396	11.3	96	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.744	0.666	10.5	98	0.00
61		4-Nitroaniline	0.306	0.300	2.0	96	0.00
62		Azobenzene	1.476	1.356	8.1	96	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	100	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.084	0.101	-20.2	114	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.679	0.621	8.5	96	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.235	0.219	6.8	96	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.259	0.244	5.8	98	0.00
68		Atrazine	0.207	0.195	5.8	95	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.162	0.163	-0.6	98	0.00
70		Phenanthrene	0.975	0.865	11.3	95	0.00
71		Anthracene	0.981	0.881	10.2	97	0.00
72		Carbazole	1.020	0.910	10.8	96	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.155	1.055	8.7	98	0.00
74	C	Fluoranthene	1.046	0.923	11.8	94	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	98	0.00
76		Benzidine	0.576	0.737	-28.0#	131	0.00
77		Pyrene	1.368	1.265	7.5	96	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.781	0.743	4.9	99	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.588	0.619	-5.3	97	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.172	1.086	7.3	93	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.371	0.353	4.9	98	0.00
82		Chrysene	1.126	1.022	9.2	94	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.830	0.815	1.8	98	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.290	1.309	-1.5	96	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.954	0.846	11.3	96	-0.02
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	97	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.095	1.038	5.2	92	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF072018\
Data File : BF107528.D
Acq On : 20 Jul 2018 17:21
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 20 22:43:02 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF072018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 16:29:27 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.072	1.001	6.6	93	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.001	0.939	6.2	92	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.866	0.809	6.6	96	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.854	0.799	6.4	95	-0.01

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0