DFTPP

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF072324\
Data File : BF138608.D
Acq On : 23 Jul 2024 09:19
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF070924.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Tue Jul 09 16:58:40 2024





AutoFind: Scans 1619, 1620, 1621; Background Corrected with Scan 1613

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	52.8	48333	PASS
68	69	0.00	2	1.6	646	PASS
69	198	0.00	100	43.4	39728	PASS
70	69	0.00	2	0.6	243	PASS
127	198	10	80	51.7	47253	PASS
197	198	0.00	2	0.6	506	PASS
198	198	100	100	100.0	91464	PASS
199	198	5	9	7.2	6568	PASS
275	198	10	60	26.6	24327	PASS
365	198	1	100	3.3	3007	PASS
441	198	0.01	100	14.1	12918	PASS
442	442	50	100	100.0	82552	PASS
443	442	15	24	18.4	15169	PASS

DDT Breakdown

Date	Instrument Name	DFTPP Data File
7/23/2024	BNA_F	BF138608.D
Compound Name	**Response**	**Retention Time**
DDT	231326	13.527
DDD	6194	13.227
DDE	498	12.892
SUM(DDD+DDE)	**SUM(DDT+DDD+DDE)**	**% Breakdown Of DDT**
6692	238018	2.81

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF072324\
Data File : BF138608.D
Acq On : 23 Jul 2024 09:19
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Jul 23 11:43:36 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF070924.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 09 16:58:40 2024
Response via : Initial Calibration







TIC: BF138608.D\data.ms

(70) Pentachlorophenol (C)

11.181min (-0.012) 31366.06 ng

response 92187

Ion	Exp%	Act%
265.70	100.00	100.00
268.00	63.60	63.30
264.00	66.90	62.94
0.00	0.00	0.00

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF072324\
Data File : BF138608.D
Acq On : 23 Jul 2024 09:19
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Jul 23 11:43:36 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF070924.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 09 16:58:40 2024
Response via : Initial Calibration







TIC: BF138608.D\data.ms

(77) Benzidine

12.710min (-0.011) 0.00 ng

response 431587

Ion	Exp%	Act%
184.00	100.00	100.00
185.00	14.10	14.33
183.00	11.90	12.41
0.00	0.00	0.00