Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081123\
Data File : BF134720.D
Acq On : 11 Aug 2023 08:08
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 11 22:18:06 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF080123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 04 09:29:15 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	96	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	34.981	12.5	84	0.00
3		Pyridine	40.000	35.142	12.1	85	0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	31.979	20.1	76	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	70.765	11.5	86	0.00
6		Aniline	40.000	34.670	13.3	84	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	70.446	11.9	86	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	36.977	7.6	89	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.441	6.4	93	0.00
10	C	Phenol	40.000	36.928	7.7	88	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.490	8.8	88	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.404	6.5	91	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.156	7.1	90	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	36.874	7.8	89	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	35.716	10.7	85	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	35.459	11.4	86	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	36.622	8.4	88	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.037	2.4	94	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	34.073	14.8	84	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	34.396	14.0	82	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	96	0.00
22		Acetophenone	40.000	34.891	12.8	85	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	85.266	-6.6	96	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.930	0.2	91	0.00
25		Isophorone	40.000	36.657	8.4	89	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	47.251	-18.1	121	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	36.697	8.3	90	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.139	7.2	91	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.133	4.7	90	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.307	4.2	92	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.132	7.2	89	0.00
32		Benzoic acid	40.000	44.351	-10.9	120	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	36.903	7.7	90	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.632	0.9	95	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.964	0.1	93	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	38.894	2.8	93	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.418	6.5	91	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.651	5.9	91	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	100	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.038	2.4	97	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	32.472	18.8	75	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	90.024	-12.5	106	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.627	0.9	97	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.158	-0.4	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	74.940	6.3	92	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.199	7.0	93	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	36.906	7.7	92	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081123\
Data File : BF134720.D
Acq On : 11 Aug 2023 08:08
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 11 22:18:06 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF080123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 04 09:29:15 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.842	-4.6	104	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	37.077	7.3	92	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.674	3.3	96	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	44.130	-10.3	109	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.315	4.2	96	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	45.785	-14.5	102	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	58.615	-46.5#	185	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.368	6.6	91	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.815	0.5	96	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	46.705	-16.8	116	0.00
58		Fluorene	40.000	37.075	7.3	95	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.758	-1.9	98	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.579	3.6	95	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.090	4.8	97	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	45.972	-14.9	103	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.233	9.4	90	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	103	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	54.720	-36.8#	166	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	36.627	8.4	94	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.318	1.7	101	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.876	2.8	98	0.00
69		Atrazine	40.000	38.778	3.1	100	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.541	-6.4	101	0.00
71		Phenanthrene	40.000	36.534	8.7	93	0.00
72		Anthracene	40.000	36.701	8.2	94	0.00
73		Carbazole	40.000	36.458	8.9	93	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.069	2.3	97	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.015	7.5	93	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
77		Benzidine	40.000	34.245	14.4	79	0.00
78		Pyrene	40.000	36.988	7.5	94	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	74.431	7.0	95	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.899	-4.7	100	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	34.501	13.7	87	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.002	-2.5	104	0.00
83		Chrysene	40.000	36.887	7.8	94	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.165	2.1	95	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.896	-7.2	104	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	98	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.730	0.7	90	0.02
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.651	3.4	95	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.748	0.6	92	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.707	3.2	92	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.905	0.2	91	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.954	0.1	91	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081123\
Data File : BF134720.D
Acq On : 11 Aug 2023 08:08
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 11 22:18:06 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF080123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 04 09:29:15 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0