Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF082323\
Data File : BF134893.D
Acq On : 23 Aug 2023 08:58
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 24 04:21:44 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF082223.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 22 19:33:25 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.984	-2.5	101	0.00
3		Pyridine	40.000	41.771	-4.4	102	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	41.773	-4.4	100	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.253	3.4	98	0.00
6		Aniline	40.000	40.113	-0.3	100	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.818	1.5	100	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.705	0.7	100	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.727	5.7	99	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.350	1.6	100	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.665	3.3	97	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.028	2.4	98	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.193	2.0	98	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.055	2.4	99	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.958	0.1	99	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.865	2.8	97	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.017	-0.0	99	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.966	2.6	98	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.241	4.4	100	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.407	-1.0	100	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	97	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.865	2.8	99	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	80.165	-0.2	99	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.401	-1.0	99	0.00
25		Isophorone	40.000	40.260	-0.6	99	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.327	-3.3	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.669	-1.7	101	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.537	1.2	97	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.006	-0.0	99	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.396	1.5	98	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.472	1.3	98	0.00
32		Benzoic acid	40.000	43.080	-7.7	97	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.198	-0.5	99	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.069	2.3	97	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.791	-7.0	106	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.797	0.5	99	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.143	2.1	98	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.149	2.1	98	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	100	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.718	3.2	96	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	42.692	-6.7	95	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.241	-1.6	102	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.847	0.4	98	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.337	1.7	98	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	74.795	6.5	98	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.622	3.4	98	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.132	2.2	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF082323\
Data File : BF134893.D
Acq On : 23 Aug 2023 08:58
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 24 04:21:44 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF082223.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 22 19:33:25 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.672	-1.7	99	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.422	1.4	99	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.641	0.9	100	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.433	-1.1	99	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.092	2.3	99	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.720	-4.3	103	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.300	-0.7	95	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.491	1.3	100	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.985	-7.5	104	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.333	-3.3	100	0.00
58		Fluorene	40.000	38.957	2.6	102	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.087	-0.2	100	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.014	2.5	99	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.206	4.5	99	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	43.270	-8.2	106	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.980	2.6	99	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	103	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.699	-6.7	101	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.772	3.1	100	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.741	3.1	100	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.665	3.3	99	0.00
69		Atrazine	40.000	36.812	8.0	107	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	40.678	-1.7	100	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.243	1.9	104	0.00
72		Anthracene	40.000	39.497	1.3	104	0.00
73		Carbazole	40.000	40.966	-2.4	108	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.358	1.6	106	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.550	-3.9	114	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	116	0.00
77		Benzidine	40.000	44.050	-10.1	115	0.00
78		Pyrene	40.000	39.850	0.4	116	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	76.133	4.8	113	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.432	-6.1	127	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.744	0.6	115	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.336	6.7	103	0.00
83		Chrysene	40.000	38.819	3.0	111	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.617	1.0	125	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.261	9.3	102	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	96	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.691	-1.7	97	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.836	-2.1	95	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.231	1.9	99	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.349	-0.9	97	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.546	-1.4	96	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.422	-1.1	95	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF082323\
Data File : BF134893.D
Acq On : 23 Aug 2023 08:58
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 24 04:21:44 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF082223.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 22 19:33:25 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0