Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF083122\
Data File : BF130057.D
Acq On : 31 Aug 2022 17:49
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF083122

Quant Time: Aug 31 18:18:58 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF083122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 31 18:15:32 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.811	5.5	93	0.00
3		Pyridine	40.000	38.842	2.9	95	-0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.753	3.1	93	-0.01
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.195	3.5	97	0.00
6		Aniline	40.000	38.916	2.7	94	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	77.567	3.0	97	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.015	2.5	96	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.167	7.1	101	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.018	2.5	97	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.307	4.2	94	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.416	4.0	96	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.233	4.4	95	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.124	4.7	97	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.455	1.4	97	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.557	3.6	94	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.970	2.6	96	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.033	-0.1	96	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.489	3.8	96	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.943	5.1	97	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	94	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.367	6.6	95	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	83.973	-5.0	99	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.033	-2.6	98	0.00
25		Isophorone	40.000	38.638	3.4	95	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.551	-6.4	105	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.327	1.7	97	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.293	4.3	95	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.577	1.1	96	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.987	5.0	96	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.471	6.3	94	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.861	-4.7	104	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.114	4.7	94	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.397	4.0	95	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.831	0.4	96	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.071	2.3	96	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.812	5.5	97	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.679	5.8	96	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.784	5.5	95	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.604	1.0	92	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.072	-1.3	97	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.100	-0.3	96	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.388	1.5	95	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	71.976	10.0	96	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	36.996	7.5	95	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.672	5.8	95	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF083122\
Data File : BF130057.D
Acq On : 31 Aug 2022 17:49
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : ICVBF083122

Quant Time: Aug 31 18:18:58 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF083122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 31 18:15:32 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	45.056	-12.6	100	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	37.810	5.5	95	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.926	5.2	96	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.479	-6.2	98	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.932	5.2	95	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	43.168	-7.9	102	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.229	-3.1	107	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.057	4.9	96	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.631	-6.6	99	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	45.284	-13.2	100	0.00
58		Fluorene	40.000	36.416	9.0	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.156	2.1	95	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.132	2.2	97	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	36.685	8.3	96	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.105	-5.3	97	0.00
63		Azobenzene	40.000	37.591	6.0	94	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.662	-4.2	104	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	37.971	5.1	96	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.348	4.1	95	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.419	4.0	95	0.00
69		Atrazine	40.000	39.579	1.1	96	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.577	-3.9	96	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.001	7.5	96	0.00
72		Anthracene	40.000	37.033	7.4	95	0.00
73		Carbazole	40.000	37.818	5.5	96	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.418	1.5	97	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.093	7.3	96	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	93	0.00
77		Benzidine	40.000	41.157	-2.9	95	0.00
78		Pyrene	40.000	39.641	0.9	95	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.562	0.5	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	44.351	-10.9	98	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.212	4.5	94	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.093	-0.2	94	0.00
83		Chrysene	40.000	38.695	3.3	96	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.788	-4.5	95	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	43.874	-9.7	98	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	93	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	41.104	-2.8	93	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.832	2.9	99	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.063	4.8	90	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.290	1.8	94	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.145	-2.9	93	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	41.569	-3.9	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF083122\
Data File : BF130057.D
Acq On : 31 Aug 2022 17:49
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF083122

Quant Time: Aug 31 18:18:58 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF083122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 31 18:15:32 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0