Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF083123\
Data File : BF135036.D
Acq On : 31 Aug 2023 12:14
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 31 16:10:36 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF083023.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 31 03:48:08 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	85	0.00
2		1,4-Dioxane	0.548	0.493	10.0	82	0.00
3		Pyridine	1.479	1.344	9.1	83	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.723	0.672	7.1	85	-0.01
5	S	2-Fluorophenol	1.295	1.183	8.6	87	0.00
6		Aniline	2.001	1.783	10.9	83	0.00
7	S	Phenol-d6	1.614	1.478	8.4	86	0.00
8		2-Chlorophenol	1.315	1.204	8.4	86	0.00
9		Benzaldehyde	0.822	0.710	13.6	85	0.00
10	C	Phenol	1.694	1.563	7.7	87	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.276	1.147	10.1	84	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.355	1.233	9.0	85	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.356	1.232	9.1	85	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.266	1.142	9.8	85	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.106	1.043	5.7	88	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.137	1.862	12.9	81	0.00
17		2-Methylphenol	1.146	1.044	8.9	85	0.00
18		Hexachloroethane	0.502	0.450	10.4	83	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.959	0.811	15.4	83	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.352	1.234	8.7	87	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	85	0.00
22		Acetophenone	0.445	0.401	9.9	86	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.356	0.328	7.9	87	0.00
24		Nitrobenzene	0.365	0.334	8.5	84	0.00
25		Isophorone	0.675	0.598	11.4	84	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.180	0.171	5.0	86	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.290	0.265	8.6	85	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.407	0.359	11.8	83	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.276	0.255	7.6	86	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.298	0.272	8.7	85	0.00
31		Naphthalene	0.977	0.891	8.8	86	0.00
32		Benzoic acid	0.232	0.229	1.3	89	0.00
33		4-Chloroaniline	0.427	0.385	9.8	84	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.169	0.154	8.9	84	0.00
35		Caprolactam	0.090	0.086	4.4	87	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.300	0.275	8.3	85	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.652	0.592	9.2	85	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.610	0.551	9.7	85	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	83	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.560	0.514	8.2	85	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.238	0.209	12.2	77	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.212	0.200	5.7	88	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.376	0.356	5.3	87	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.435	0.409	6.0	86	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.228	1.118	9.0	86	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.528	1.407	7.9	86	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.149	1.051	8.5	84	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF083123\
Data File : BF135036.D
Acq On : 31 Aug 2023 12:14
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 31 16:10:36 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF083023.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 31 03:48:08 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.393	0.376	4.3	86	0.00
49		Acenaphthylene	1.737	1.641	5.5	87	0.00
50		Dimethylphthalate	1.400	1.277	8.8	85	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.307	0.295	3.9	87	0.00
52	C	Acenaphthene	1.107	1.021	7.8	86	0.00
53		3-Nitroaniline	0.358	0.341	4.7	87	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.147	0.158	-7.5	89	0.00
55		Dibenzofuran	1.597	1.477	7.5	86	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.252	0.255	-1.2	90	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.383	0.372	2.9	87	0.00
58		Fluorene	1.217	1.140	6.3	90	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.335	0.314	6.3	85	0.00
60		Diethylphthalate	1.318	1.198	9.1	85	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.602	0.550	8.6	87	0.00
62		4-Nitroaniline	0.350	0.340	2.9	88	0.00
63		Azobenzene	1.327	1.209	8.9	84	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	86	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.121	0.118	2.5	85	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.622	0.553	11.1	85	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.212	0.186	12.3	83	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.219	0.196	10.5	86	0.00
69		Atrazine	0.161	0.139	13.7	84	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.133	0.127	4.5	87	0.00
71		Phenanthrene	1.032	0.942	8.7	89	0.00
72		Anthracene	1.054	0.944	10.4	86	0.00
73		Carbazole	0.909	0.845	7.0	89	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.096	0.981	10.5	86	0.00
75	C	Fluoranthene	1.043	0.970	7.0	89	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	91	0.00
77		Benzidine	0.361	0.382	-5.8	98	0.00
78		Pyrene	1.899	1.692	10.9	90	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.226	1.077	12.2	89	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.686	0.659	3.9	93	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.364	1.204	11.7	90	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.412	0.393	4.6	98	0.00
83		Chrysene	1.341	1.207	10.0	93	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.710	0.701	1.3	96	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.084	1.021	5.8	94	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	93	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.347	1.230	8.7	88	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.244	1.111	10.7	96	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.202	1.059	11.9	88	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.156	1.038	10.2	92	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.091	1.008	7.6	88	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.135	1.040	8.4	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF083123\
Data File : BF135036.D
Acq On : 31 Aug 2023 12:14
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 31 16:10:36 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF083023.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 31 03:48:08 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0