Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF091123\
Data File : BF135167.D
Acq On : 11 Sep 2023 17:08
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF091123

Quant Time: Sep 12 00:20:52 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF091123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 12 00:19:07 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.709	-1.8	100	0.00
3		Pyridine	40.000	40.857	-2.1	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.858	-2.1	98	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.652	1.7	96	0.00
6		Aniline	40.000	39.239	1.9	96	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.263	2.2	95	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.652	0.9	96	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.848	5.4	94	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.608	1.0	96	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.515	1.2	96	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.404	1.5	96	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.257	1.9	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.980	2.6	97	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.774	0.6	96	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	39.106	2.2	95	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.667	0.8	96	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.498	1.3	96	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.403	4.0	95	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	38.932	2.7	97	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	97	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.887	2.8	98	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.694	0.4	98	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.303	1.7	95	0.00
25		Isophorone	40.000	38.956	2.6	96	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.703	-1.8	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.429	1.4	98	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.065	2.3	98	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.785	0.5	98	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.211	2.0	97	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.411	1.5	98	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.509	-6.3	99	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.402	1.5	97	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.406	1.5	98	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.512	1.2	98	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.566	1.1	97	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.165	2.1	99	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.728	3.2	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.663	0.8	99	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.409	4.0	98	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.132	-0.2	101	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.749	0.6	99	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.527	1.2	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.254	4.7	99	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.673	3.3	97	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.729	3.2	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF091123\
Data File : BF135167.D
Acq On : 11 Sep 2023 17:08
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF091123

Quant Time: Sep 12 00:20:52 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF091123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 12 00:19:07 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.882	0.3	99	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.232	1.9	98	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.597	3.5	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.484	1.3	99	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.902	2.7	99	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.643	0.9	99	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.547	1.1	103	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.505	3.7	98	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.476	-3.7	99	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.699	0.8	97	0.00
58		Fluorene	40.000	38.645	3.4	99	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.697	-1.7	102	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.964	2.6	98	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.741	3.1	100	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.006	-0.0	99	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.170	2.1	99	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	96	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	43.631	-9.1	106	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.845	0.4	99	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.047	-0.1	100	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.254	-0.6	100	0.00
69		Atrazine	40.000	39.471	1.3	99	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.563	-3.9	96	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.538	1.2	98	0.00
72		Anthracene	40.000	39.801	0.5	99	0.00
73		Carbazole	40.000	40.433	-1.1	100	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.258	-0.6	99	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.011	-0.0	99	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	103	0.00
77		Benzidine	40.000	34.539	13.7	99	0.00
78		Pyrene	40.000	38.727	3.2	100	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	76.201	4.7	100	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.785	-2.0	102	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.095	2.3	102	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.961	2.6	100	0.00
83		Chrysene	40.000	39.270	1.8	102	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.393	-1.0	102	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.882	-2.2	102	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	103	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.306	-0.8	98	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.203	2.0	101	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.767	3.1	101	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.466	1.3	100	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.293	-0.7	100	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.838	-2.1	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF091123\
Data File : BF135167.D
Acq On : 11 Sep 2023 17:08
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF091123

Quant Time: Sep 12 00:20:52 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF091123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 12 00:19:07 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0