Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF091619\
Data File : BF117049.D
Acq On : 16 Sep 2019 8:31
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 16 11:37:12 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF091319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 13 16:23:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	89	0.00
2		1,4-Dioxane	0.536	0.486	9.3	85	0.00
3		Pyridine	1.467	1.345	8.3	83	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.504	0.439	12.9	82	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.281	1.200	6.3	85	0.00
6		Aniline	2.132	2.039	4.4	88	0.00
7	S	Phenol-d6	1.656	1.570	5.2	88	0.00
8		2-Chlorophenol	1.382	1.299	6.0	86	0.00
9		Benzaldehyde	0.904	0.861	4.8	88	0.00
10	C	Phenol	1.825	1.735	4.9	87	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.341	1.214	9.5	86	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.551	1.451	6.4	86	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.583	1.465	7.5	85	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.473	1.374	6.7	85	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.270	1.233	2.9	88	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.325	1.225	7.5	85	0.00
17		2-Methylphenol	1.158	1.100	5.0	89	0.00
18		Hexachloroethane	0.609	0.568	6.7	86	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.008	0.966	4.2	90	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.443	1.396	3.3	90	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	88	0.00
22		Acetophenone	0.508	0.484	4.7	90	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.381	0.363	4.7	88	0.00
24		Nitrobenzene	0.376	0.357	5.1	88	0.00
25		Isophorone	0.674	0.640	5.0	90	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.161	0.153	5.0	87	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.256	0.241	5.9	88	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.415	0.392	5.5	89	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.268	0.259	3.4	88	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.290	0.275	5.2	88	0.00
31		Naphthalene	0.962	0.917	4.7	88	0.00
32		Benzoic acid	0.180	0.149	17.2	79	0.00
33		4-Chloroaniline	0.427	0.420	1.6	91	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.164	0.156	4.9	87	0.00
35		Caprolactam	0.091	0.084	7.7	87	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.313	0.304	2.9	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.648	0.617	4.8	89	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.607	0.584	3.8	90	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	91	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.516	0.484	6.2	90	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.194	0.165	14.9	85	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.167	0.157	6.0	89	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.350	0.327	6.6	89	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.374	0.352	5.9	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF091619\
Data File : BF117049.D
Acq On : 16 Sep 2019 8:31
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 16 11:37:12 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF091319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 13 16:23:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.279	1.225	4.2	92	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.569	1.464	6.7	90	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.238	1.161	6.2	90	0.00
48		2-Nitroaniline	0.397	0.384	3.3	94	0.00
49		Acenaphthylene	1.855	1.752	5.6	90	0.00
50		Dimethylphthalate	1.416	1.320	6.8	89	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.288	0.278	3.5	92	0.00
52	C	Acenaphthene	1.099	1.030	6.3	89	0.00
53		3-Nitroaniline	0.364	0.342	6.0	89	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.102	0.092	9.8	91	0.00
55		Dibenzofuran	1.622	1.547	4.6	91	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.236	0.208	11.9	83	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.374	0.371	0.8	92	0.00
58		Fluorene	1.307	1.240	5.1	90	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.287	0.264	8.0	86	0.00
60		Diethylphthalate	1.393	1.331	4.5	91	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.565	0.547	3.2	91	0.00
62		4-Nitroaniline	0.378	0.364	3.7	91	0.00
63		Azobenzene	1.423	1.323	7.0	89	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	89	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.084	0.073	13.1	84	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.691	0.653	5.5	91	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.204	0.192	5.9	90	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.223	0.213	4.5	93	0.00
69		Atrazine	0.170	0.169	0.6	87	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.105	0.095	9.5	86	0.00
71		Phenanthrene	1.136	1.085	4.5	90	0.00
72		Anthracene	1.160	1.105	4.7	90	0.00
73		Carbazole	1.101	1.041	5.4	88	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.310	1.267	3.3	91	0.00
75	C	Fluoranthene	1.167	1.112	4.7	89	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	83	0.00
77		Benzidine	0.644	0.662	-2.8	88	0.00
78		Pyrene	1.678	1.605	4.4	89	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.070	1.059	1.0	91	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.793	0.764	3.7	88	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.336	1.266	5.2	85	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.431	0.402	6.7	82	0.00
83		Chrysene	1.303	1.221	6.3	84	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.022	0.984	3.7	88	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.609	1.483	7.8	82	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.951	0.826	13.1	86	-0.02
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	77	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF091619\
Data File : BF117049.D
Acq On : 16 Sep 2019 8:31
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 16 11:37:12 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF091319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 13 16:23:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.211	1.189	1.8	83	-0.01
89	Benzo(k)fluoranthene	1.148	1.093	4.8	75	-0.01
90 C	Benzo(a)pyrene	1.063	1.015	4.5	78	-0.01
91	Dibenzo(a,h)anthracene	0.847	0.804	5.1	86	-0.01
92	Benzo(g,h,i)perylene	0.844	0.794	5.9	87	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0