Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF092523\
Data File : BF135420.D
Acq On : 25 Sep 2023 11:38
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Sep 26 03:57:06 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF091123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 26 01:36:36 2023
Response via : Initial Calibration










TIC: BF135420.D\data.ms

**(70) Pentachlorophenol (C)**

**11.092min (-0.000) 630342.16 ng**

**response 225455**

| Ion | Exp% | Act% |
|---|---|---|
| 265.70 | 100.00 | 100.00 |
| 268.00 | 65.10 | 63.95 |
| 264.00 | 63.50 | 62.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF092523\
Data File : BF135420.D
Acq On : 25 Sep 2023 11:38
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Sep 26 03:57:06 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF091123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 26 01:36:36 2023
Response via : Initial Calibration










TIC: BF135420.D\data.ms

**(77) Benzidine**

**12.639min (+ 0.006) 157840.94 ng**

**response 1316100**

| Ion | Exp% | Act% |
|---|---|---|
| 184.00 | 100.00 | 100.00 |
| 185.00 | 14.60 | 14.50 |
| 183.00 | 10.30 | 10.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |