Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF112322\
Data File : BF131363.D
Acq On : 23 Nov 2022 16:00
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 24 06:02:40 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF112122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 24 05:53:32 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.622	3.4	91	0.00
3		Pyridine	40.000	39.211	2.0	92	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.313	4.2	90	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.326	-0.4	94	0.00
6		Aniline	40.000	38.076	4.8	90	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.692	0.4	94	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.991	0.0	93	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.372	-0.9	93	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.176	-0.4	95	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.878	7.8	88	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.277	6.8	90	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.171	7.1	89	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.668	5.8	92	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	42.501	-6.3	95	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	34.868	12.8	82	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.313	1.7	91	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.932	2.7	90	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.442	8.9	87	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.375	-0.9	94	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	87	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.716	5.7	89	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	77.869	2.7	90	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.958	2.6	90	0.00
25		Isophorone	40.000	37.659	5.9	87	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	46.814	-17.0	111	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.981	0.0	90	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	36.026	9.9	84	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.975	0.1	89	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.740	8.1	86	0.00
31		Naphthalene	40.000	36.948	7.6	88	0.00
32		Benzoic acid	40.000	47.270	-18.2	127	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.546	3.6	92	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	36.720	8.2	86	0.00
35		Caprolactam	40.000	46.132	-15.3	100	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.793	-4.5	94	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	36.833	7.9	88	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	36.970	7.6	88	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	88	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	36.046	9.9	86	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	42.401	-6.0	96	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	90.602	-13.3	101	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	43.157	-7.9	97	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.788	-4.5	94	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	71.023	11.2	87	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	36.239	9.4	87	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.178	7.1	89	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF112322\
Data File : BF131363.D
Acq On : 23 Nov 2022 16:00
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 24 06:02:40 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF112122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 24 05:53:32 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	45.271	-13.2	101	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	37.314	6.7	89	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.274	4.3	91	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.727	-4.3	95	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.674	3.3	94	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	43.626	-9.1	101	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	52.026	-30.1#	142	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	36.825	7.9	90	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	49.990	-25.0	111	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.963	-9.9	100	0.00
58		Fluorene	40.000	37.207	7.0	92	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	44.357	-10.9	100	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.297	4.3	90	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	36.397	9.0	89	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	44.893	-12.2	106	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.261	9.3	87	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	49.107	-22.8	135	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	36.101	9.7	91	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	34.933	12.7	89	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	35.987	10.0	91	0.00
69		Atrazine	40.000	38.570	3.6	93	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.225	-5.6	109	0.00
71		Phenanthrene	40.000	36.928	7.7	96	0.00
72		Anthracene	40.000	37.170	7.1	96	0.00
73		Carbazole	40.000	38.844	2.9	99	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.353	6.6	90	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.832	2.9	100	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
77		Benzidine	40.000	42.406	-6.0	110	0.00
78		Pyrene	40.000	38.086	4.8	101	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	72.481	9.4	98	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.099	2.3	109	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.662	5.8	104	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	42.699	-6.7	113	0.00
83		Chrysene	40.000	36.716	8.2	103	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	32.894	17.8	89	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	35.144	12.1	91	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	99	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.034	-0.1	99	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.259	6.9	100	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.300	6.8	98	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.418	4.0	99	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.698	0.8	98	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.847	0.4	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF112322\
Data File : BF131363.D
Acq On : 23 Nov 2022 16:00
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 24 06:02:40 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF112122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 24 05:53:32 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0