Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF122220\
Data File : BF122809.D
Acq On : 22 Dec 2020 11:48
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Dec 22 13:55:46 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF120520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Dec 15 18:14:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	0.594	0.560	5.7	86	0.03
3		Pyridine	1.569	1.501	4.3	85	0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	0.629	0.576	8.4	82	0.03
5	S	2-Fluorophenol	1.263	1.253	0.8	91	0.00
6		Aniline	1.972	1.975	-0.2	90	0.00
7	S	Phenol-d6	1.675	1.570	6.3	86	0.00
8		2-Chlorophenol	1.392	1.332	4.3	87	0.00
9		Benzaldehyde	1.014	0.929	8.4	95	0.00
10	C	Phenol	1.736	1.631	6.0	87	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.326	1.266	4.5	87	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.648	1.511	8.3	84	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.661	1.519	8.5	84	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.604	1.381	13.9	83	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.154	1.037	10.1	80	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.891	1.580	16.4	76	0.00
17		2-Methylphenol	1.107	1.072	3.2	86	0.00
18		Hexachloroethane	0.592	0.536	9.5	82	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.960	0.835	13.0	79	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.398	1.238	11.4	83	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	92	0.00
22		Acetophenone	0.497	0.458	7.8	85	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.399	0.353	11.5	80	0.00
24		Nitrobenzene	0.397	0.370	6.8	85	0.00
25		Isophorone	0.688	0.655	4.8	86	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.194	0.197	-1.5	89	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.284	0.310	-9.2	99	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.471	0.422	10.4	81	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.332	0.310	6.6	84	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.376	0.342	9.0	83	0.00
31		Naphthalene	1.104	1.029	6.8	85	0.00
32		Benzoic acid	0.226	0.188	16.8	70	0.00
33		4-Chloroaniline	0.461	0.430	6.7	84	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.231	0.205	11.3	81	0.00
35		Caprolactam	0.100	0.091	9.0	82	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.327	0.310	5.2	85	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.730	0.678	7.1	85	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.691	0.636	8.0	85	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	88	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.662	0.662	0.0	87	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.293	0.268	8.5	75	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.262	0.253	3.4	83	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.458	0.430	6.1	80	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.473	0.459	3.0	84	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.479	1.252	15.3	79	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.660	1.594	4.0	84	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.375	1.264	8.1	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF122220\
Data File : BF122809.D
Acq On : 22 Dec 2020 11:48
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Dec 22 13:55:46 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF120520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Dec 15 18:14:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.401	0.353	12.0	74	0.00
49		Acenaphthylene	2.031	1.921	5.4	83	0.00
50		Dimethylphthalate	1.597	1.453	9.0	79	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.337	0.336	0.3	84	0.00
52	C	Acenaphthene	1.314	1.126	14.3	74	0.00
53		3-Nitroaniline	0.390	0.354	9.2	77	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.165	0.148	10.3	73	0.00
55		Dibenzofuran	1.849	1.700	8.1	81	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.278	0.240	13.7	71	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.449	0.435	3.1	81	0.00
58		Fluorene	1.470	1.305	11.2	82	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.415	0.373	10.1	76	0.00
60		Diethylphthalate	1.554	1.391	10.5	78	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.724	0.645	10.9	80	0.00
62		4-Nitroaniline	0.396	0.350	11.6	75	0.00
63		Azobenzene	1.428	1.299	9.0	79	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	87	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.122	0.133	-9.0	87	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.707	0.669	5.4	81	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.271	0.249	8.1	78	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.300	0.275	8.3	79	0.00
69		Atrazine	0.229	0.207	9.6	77	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.159	0.142	10.7	70	0.00
71		Phenanthrene	1.189	1.083	8.9	80	0.00
72		Anthracene	1.179	1.135	3.7	84	0.00
73		Carbazole	1.069	1.015	5.1	82	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.343	1.189	11.5	77	0.00
75	C	Fluoranthene	1.246	1.134	9.0	78	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	83	0.00
77		Benzidine	0.433	0.507	-17.1	85	0.00
78		Pyrene	1.546	1.469	5.0	78	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.143	1.008	11.8	76	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.697	0.616	11.6	71	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.337	1.261	5.7	78	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.479	0.500	-4.4	85	0.00
83		Chrysene	1.330	1.255	5.6	78	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.954	0.812	14.9	71	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.582	1.309	17.3	69	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	84	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.313	1.247	5.0	81	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.403	1.333	5.0	76	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.283	1.245	3.0	82	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.228	1.149	6.4	78	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.074	1.038	3.4	83	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.040	1.022	1.7	85	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF122220\
Data File : BF122809.D
Acq On : 22 Dec 2020 11:48
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Dec 22 13:55:46 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF120520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Dec 15 18:14:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0