Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF020122\
Data File : BF126767.D
Acq On : 01 Feb 2022 11:23
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 02 04:55:37 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF011822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 27 03:09:40 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.212	4.5	98	-0.01
3		Pyridine	40.000	38.580	3.6	99	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	33.467	16.3	87	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.987	5.0	99	0.00
6		Aniline	40.000	38.791	3.0	100	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	75.700	5.4	99	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.753	5.6	99	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.497	11.3	88	0.00
10	C	Phenol	40.000	37.857	5.4	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.059	7.4	96	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.364	4.1	100	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.687	5.8	98	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.839	5.4	99	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	32.939	17.7	85	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	35.154	12.1	91	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.643	5.9	97	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	36.776	8.1	95	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	32.722	18.2	86	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.103	7.2	98	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	92	0.00
22		Acetophenone	40.000	36.026	9.9	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	81.563	-2.0	101	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.531	1.2	97	0.00
25		Isophorone	40.000	35.231	11.9	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	51.509	-28.8#	120	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.260	6.9	97	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	36.050	9.9	94	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.798	3.0	100	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.772	5.6	97	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.452	6.4	97	0.00
32		Benzoic acid	40.000	54.889	-37.2#	149	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.215	4.5	99	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.107	7.2	95	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.656	0.9	101	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	37.198	7.0	96	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.360	6.6	98	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.183	7.0	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	92	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.604	3.5	101	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.028	9.9	90	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	86.137	-7.7	112	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	37.723	5.7	97	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.807	0.5	103	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	72.363	9.5	98	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	36.951	7.6	98	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.400	6.5	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF020122\
Data File : BF126767.D
Acq On : 01 Feb 2022 11:23
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 02 04:55:37 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF011822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 27 03:09:40 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	45.773	-14.4	108	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	36.889	7.8	98	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.369	6.6	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	45.724	-14.3	110	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.780	3.0	103	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	46.019	-15.0	111	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	58.697	-46.7#	166	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.033	7.4	99	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	46.365	-15.9	112	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	51.067	-27.7#	119	0.00
58		Fluorene	40.000	36.827	7.9	99	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.441	-3.6	106	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.009	10.0	95	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.137	7.2	100	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	47.444	-18.6	116	0.00
63		Azobenzene	40.000	34.053	14.9	90	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	96	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	51.960	-29.9#	147	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	36.292	9.3	99	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.820	5.4	103	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.259	4.4	105	0.00
69		Atrazine	40.000	36.516	8.7	100	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.189	-3.0	107	0.00
71		Phenanthrene	40.000	36.574	8.6	102	0.00
72		Anthracene	40.000	37.082	7.3	103	0.00
73		Carbazole	40.000	37.292	6.8	103	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	35.200	12.0	96	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.974	5.1	104	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	109	0.00
77		Benzidine	40.000	29.388	26.5#	96	0.00
78		Pyrene	40.000	34.697	13.3	107	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	68.879	13.9	107	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	35.114	12.2	104	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.528	6.2	116	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	35.533	11.2	110	0.00
83		Chrysene	40.000	36.443	8.9	114	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	34.691	13.3	105	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.644	8.4	115	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	112	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	33.209	17.0	100	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.013	2.5	122	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.214	2.0	118	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	37.248	6.9	115	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	33.251	16.9	100	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	32.741	18.1	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF020122\
Data File : BF126767.D
Acq On : 01 Feb 2022 11:23
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 02 04:55:37 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF011822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 27 03:09:40 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1