Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF022222\
Data File : BF126999.D
Acq On : 22 Feb 2022 10:03
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 22 12:24:42 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Feb 21 13:16:57 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	72	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.735	-1.8	75	-0.01
3		Pyridine	40.000	40.295	-0.7	73	-0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.303	-0.8	71	-0.01
5	S	2-Fluorophenol	80.000	81.551	-1.9	74	0.00
6		Aniline	40.000	40.021	-0.1	71	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	80.072	-0.1	72	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.530	-1.3	73	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.881	12.8	70	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.286	-0.7	74	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.676	3.3	70	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.651	-1.6	74	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	41.010	-2.5	75	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.072	-0.2	73	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.961	0.1	71	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	35.996	10.0	65	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.751	0.6	71	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.669	-1.7	74	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.829	2.9	70	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.621	-1.6	72	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	70	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.355	1.6	72	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.867	1.4	72	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.252	1.9	71	0.00
25		Isophorone	40.000	37.544	6.1	68	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.296	-3.2	73	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.900	2.8	71	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.887	5.3	69	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.229	-0.6	73	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.978	0.1	73	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.070	2.3	72	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.679	-4.2	69	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.834	0.4	72	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.601	-1.5	74	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.527	1.2	70	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.096	-0.2	71	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.795	3.0	71	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.637	0.9	72	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	70	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.692	-1.7	76	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.357	-0.9	70	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	87.393	-9.2	78	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.387	-1.0	73	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.865	0.3	72	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	80.125	-0.2	75	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.083	2.3	72	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.310	1.7	72	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF022222\
Data File : BF126999.D
Acq On : 22 Feb 2022 10:03
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 22 12:24:42 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Feb 21 13:16:57 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.290	-0.7	73	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.062	-0.2	73	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.669	0.8	73	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.328	-3.3	74	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.101	-0.3	73	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.290	-0.7	72	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	44.866	-12.2	75	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.919	0.2	73	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.719	-6.8	75	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.730	-1.8	72	0.00
58		Fluorene	40.000	39.987	0.0	74	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.547	-6.4	77	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.854	0.4	73	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.359	-0.9	74	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.516	-3.8	73	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.376	4.1	70	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	73	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	44.213	-10.5	77	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.315	4.2	73	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.736	0.7	76	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.345	1.6	76	0.00
69		Atrazine	40.000	41.018	-2.5	79	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	43.577	-8.9	77	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.495	1.3	77	0.00
72		Anthracene	40.000	39.176	2.1	75	0.00
73		Carbazole	40.000	39.990	0.0	77	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.758	0.6	76	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.986	-5.0	81	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	94	0.00
77		Benzidine	40.000	42.162	-5.4	96	0.00
78		Pyrene	40.000	34.820	13.0	82	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	72.684	9.1	88	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	37.136	7.2	87	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.370	1.6	94	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	42.774	-6.9	101	0.00
83		Chrysene	40.000	39.265	1.8	94	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.259	4.4	91	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.990	-2.5	99	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	92	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	35.662	10.8	79	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.879	-2.2	98	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.849	-4.6	97	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.146	-0.4	93	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	35.609	11.0	79	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	34.986	12.5	77	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF022222\
Data File : BF126999.D
Acq On : 22 Feb 2022 10:03
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 22 12:24:42 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Feb 21 13:16:57 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0