Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF031721\
Data File : BF123376.D
Acq On : 17 Mar 2021 20:06
Operator : JU/CG
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : ICVBF031721

Quant Time: Mar 18 02:55:01 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF031721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 18 02:38:45 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	93	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.626	0.9	96	-0.02
3		Pyridine	40.000	40.642	-1.6	96	-0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.745	0.6	93	-0.02
5	S	2-Fluorophenol	80.000	74.084	7.4	95	0.00
6		Aniline	40.000	35.456	11.4	95	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	70.634	11.7	96	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.313	6.7	95	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.856	-2.1	97	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.112	-2.8	96	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.480	1.3	95	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.604	3.5	94	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.870	7.8	94	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	34.935	12.7	95	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	35.618	11.0	98	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	39.377	1.6	95	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.478	6.3	95	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.198	2.0	95	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	34.733	13.2	95	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.232	-3.1	96	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	93	0.00
22		Acetophenone	40.000	34.743	13.1	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.869	1.4	95	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.640	0.9	96	0.00
25		Isophorone	40.000	39.501	1.2	94	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.784	-2.0	96	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.429	1.4	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.524	1.2	95	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.597	1.0	95	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.223	4.4	94	0.00
31		Naphthalene	40.000	36.463	8.8	94	0.00
32		Benzoic acid	40.000	45.241	-13.1	98	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.809	0.5	95	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.904	5.2	94	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.577	-3.9	94	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.028	-0.1	95	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	36.494	8.8	94	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	36.848	7.9	95	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	96	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	36.905	7.7	94	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.442	-1.1	91	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	76.773	4.0	94	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	37.936	5.2	93	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.589	3.5	94	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	83.019	-3.8	94	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	33.710	15.7	95	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.716	10.7	95	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF031721\
Data File : BF123376.D
Acq On : 17 Mar 2021 20:06
Operator : JU/CG
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : ICVBF031721

Quant Time: Mar 18 02:55:01 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF031721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 18 02:38:45 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.079	2.3	93	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	35.701	10.7	94	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.568	6.1	94	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.079	2.3	94	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	35.482	11.3	94	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.668	0.8	95	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	43.764	-9.4	95	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.558	1.1	96	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	43.510	-8.8	94	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.199	2.0	94	0.00
58		Fluorene	40.000	39.114	2.2	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.395	1.5	93	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.317	9.2	95	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.198	4.5	94	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.521	-1.3	95	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.281	9.3	95	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	43.255	-8.1	97	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	37.102	7.2	95	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.546	6.1	95	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	37.031	7.4	94	0.00
69		Atrazine	40.000	38.704	3.2	96	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.665	-4.2	92	0.00
71		Phenanthrene	40.000	33.714	15.7	96	0.00
72		Anthracene	40.000	33.608	16.0	95	0.00
73		Carbazole	40.000	35.021	12.4	96	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	33.994	15.0	95	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.820	0.4	94	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	98	0.00
77		Benzidine	40.000	37.559	6.1	98	0.00
78		Pyrene	40.000	36.023	9.9	96	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	66.405	17.0	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.051	4.9	96	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	36.680	8.3	98	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.461	6.3	96	0.00
83		Chrysene	40.000	37.733	5.7	100	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.198	7.0	97	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.779	0.6	102	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	33.721	15.7	93	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.842	-2.1	103	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.162	7.1	101	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	37.746	5.6	100	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	34.289	14.3	96	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	33.788	15.5	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF031721\
Data File : BF123376.D
Acq On : 17 Mar 2021 20:06
Operator : JU/CG
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF031721

Quant Time: Mar 18 02:55:01 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF031721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 18 02:38:45 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0