DFTPP

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF042423\
Data File : BF132999.D
Acq On : 24 Apr 2023 17:16
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042123.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Sat Apr 22 03:30:56 2023





AutoFind: Scans 1605, 1606, 1607; Background Corrected with Scan 1599

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	38.9	86173	PASS
68	69	0.00	2	2.0	1518	PASS
69	198	0.00	100	34.4	76163	PASS
70	69	0.00	2	0.7	522	PASS
127	198	10	80	44.6	98885	PASS
197	198	0.00	2	0.3	573	PASS
198	198	100	100	100.0	221525	PASS
199	198	5	9	6.6	14529	PASS
275	198	10	60	25.8	57112	PASS
365	198	1	100	3.5	7664	PASS
441	198	0.01	100	14.3	31788	PASS
442	442	50	100	100.0	202171	PASS
443	442	15	24	18.6	37605	PASS

DDT Breakdown

Date	Instrument Name	DFTPP Data File
4/24/2023	BNA_F	BF132999.D
Compound Name	**Response**	**Retention Time**
DDT	535894	13.427
DDD	9815	13.127
DDE	364	12.792
SUM(DDD+DDE)	**SUM(DDT+DDD+DDE)**	**% Breakdown Of DDT**
10179	546073	1.86

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF042423\
Data File : BF132999.D
Acq On : 24 Apr 2023 17:16
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Apr 25 06:14:35 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Apr 22 03:30:56 2023
Response via : Initial Calibration







TIC: BF132999.D\data.ms

(70) Pentachlorophenol (C)

11.069min (-0.006) 35166.94 ng

response 255517

Ion	Exp%	Act%
265.70	100.00	100.00
268.00	61.00	63.35
264.00	63.30	62.14
0.00	0.00	0.00

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF042423\
Data File : BF132999.D
Acq On : 24 Apr 2023 17:16
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Apr 25 06:14:35 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042123.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Apr 22 03:30:56 2023
Response via : Initial Calibration







TIC: BF132999.D\data.ms

(77) Benzidine

12.604min (-0.000) 0.00 ng

response 1234836

Ion	Exp%	Act%
184.00	100.00	100.00
185.00	19.30	14.29#
183.00	11.70	12.18
0.00	0.00	0.00