Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF062322\
Data File : BF128946.D
Acq On : 23 Jun 2022 10:44
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 23 14:31:13 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF060222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 23 14:30:33 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	108	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.620	3.5	98	0.01
3		Pyridine	40.000	40.796	-2.0	105	0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	37.169	7.1	95	0.02
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.628	5.5	100	0.00
6		Aniline	40.000	38.601	3.5	104	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.854	3.9	103	0.01
8		2-Chlorophenol	40.000	39.026	2.4	105	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	42.260	-5.6	140	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.223	1.9	104	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.147	-0.4	107	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.853	2.9	104	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.854	2.9	105	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.754	3.1	106	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	37.093	7.3	101	0.01
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	40.585	-1.5	112	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	53.569	-33.9#	147	0.01
18		Hexachloroethane	40.000	39.819	0.5	105	0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.344	-0.9	108	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.125	-0.3	107	0.01
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	114	0.01
22		Acetophenone	40.000	37.592	6.0	104	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	77.082	3.6	108	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.135	2.2	108	0.00
25		Isophorone	40.000	38.700	3.2	108	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.875	-2.2	109	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.835	0.4	107	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.800	3.0	106	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.721	3.2	105	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.873	5.3	104	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.166	4.6	109	0.01
32		Benzoic acid	40.000	23.884	40.3#	64	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.283	4.3	111	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	36.793	8.0	107	0.01
35		Caprolactam	40.000	42.596	-6.5	123	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.014	2.5	112	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.408	4.0	111	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.501	3.7	113	0.01
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	119	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.285	4.3	109	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.698	3.3	107	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	69.147	13.6	96	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	32.863	17.8	95	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	34.132	14.7	98	0.01
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	73.317	8.4	106	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.644	5.9	110	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.869	2.8	114	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF062322\
Data File : BF128946.D
Acq On : 23 Jun 2022 10:44
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 23 14:31:13 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF060222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 23 14:30:33 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.891	-4.7	120	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	37.524	6.2	109	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.965	0.1	116	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.083	-5.2	118	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	35.351	11.6	101	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.884	-4.7	118	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	35.205	12.0	97	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.200	7.0	108	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	32.671	18.3	96	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.891	0.3	111	0.01
58		Fluorene	40.000	38.664	3.3	110	0.01
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	32.127	19.7	91	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.279	1.8	113	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.027	4.9	109	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.946	-7.4	121	0.00
63		Azobenzene	40.000	40.428	-1.1	116	0.01
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	122	0.01
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.263	1.8	113	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.179	4.6	112	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.526	6.2	111	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.168	4.6	112	0.01
69		Atrazine	40.000	38.223	4.4	111	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	35.175	12.1	101	0.01
71		Phenanthrene	40.000	38.047	4.9	114	0.00
72		Anthracene	40.000	38.093	4.8	114	0.00
73		Carbazole	40.000	38.729	3.2	116	0.01
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.832	2.9	114	0.01
75	C	Fluoranthene	40.000	39.603	1.0	115	0.01
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	113	0.01
77		Benzidine	40.000	41.198	-3.0	125	0.01
78		Pyrene	40.000	38.772	3.1	114	0.01
79	S	Terphenyl-d14	80.000	73.711	7.9	103	0.01
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.886	-2.2	112	0.01
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.764	3.1	108	0.01
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.557	-3.9	118	0.01
83		Chrysene	40.000	39.202	2.0	111	0.01
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	42.804	-7.0	118	0.01
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	45.021	-12.6	123	0.01
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	114	0.02
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	36.872	7.8	116	0.02
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.448	-3.6	114	0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.296	1.8	108	0.01
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.885	2.8	108	0.01
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.116	7.2	114	0.02
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	37.183	7.0	117	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF062322\
Data File : BF128946.D
Acq On : 23 Jun 2022 10:44
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 23 14:31:13 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF060222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 23 14:30:33 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0