Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF080822\
Data File : BF129636.D
Acq On : 08 Aug 2022 17:36
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 09 00:32:40 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF072522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 05 16:27:34 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	80	0.00
2		1,4-Dioxane	0.554	0.504	9.0	73	-0.02
3		Pyridine	1.538	1.390	9.6	71	-0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	0.676	0.650	3.8	76	-0.02
5	S	2-Fluorophenol	1.228	1.199	2.4	80	0.00
6		Aniline	1.918	1.767	7.9	74	0.00
7	S	Phenol-d6	1.543	1.528	1.0	81	0.00
8		2-Chlorophenol	1.341	1.378	-2.8	83	0.00
9		Benzaldehyde	1.048	0.938	10.5	76	0.00
10	C	Phenol	1.643	1.647	-0.2	82	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.303	1.331	-2.1	83	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.439	1.474	-2.4	83	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.463	1.486	-1.6	83	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.345	1.367	-1.6	82	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.119	1.184	-5.8	84	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.959	1.801	8.1	74	0.00
17		2-Methylphenol	1.113	1.116	-0.3	82	0.00
18		Hexachloroethane	0.551	0.581	-5.4	85	-0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.934	0.988	-5.8	88	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.415	1.418	-0.2	85	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	82	0.00
22		Acetophenone	0.466	0.481	-3.2	89	-0.01
23	S	Nitrobenzene-d5	0.366	0.378	-3.3	86	0.00
24		Nitrobenzene	0.377	0.380	-0.8	83	0.00
25		Isophorone	0.657	0.676	-2.9	87	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.186	0.196	-5.4	86	-0.01
27		2,4-Dimethylphenol	0.279	0.287	-2.9	86	-0.01
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.381	0.395	-3.7	88	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.288	0.295	-2.4	84	-0.01
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.298	0.307	-3.0	86	0.00
31		Naphthalene	1.016	1.028	-1.2	85	0.00
32		Benzoic acid	0.202	0.154	23.8	61	0.00
33		4-Chloroaniline	0.417	0.409	1.9	83	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.170	0.188	-10.6	93	-0.01
35		Caprolactam	0.094	0.096	-2.1	85	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.306	0.321	-4.9	88	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.660	0.693	-5.0	89	-0.01
38		1-Methylnaphthalene	0.637	0.662	-3.9	89	-0.01
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	86	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.525	0.544	-3.6	92	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.234	0.227	3.0	78	-0.01
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.192	0.202	-5.2	92	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.381	0.379	0.5	86	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.415	0.410	1.2	87	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.293	1.248	3.5	95	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.460	1.479	-1.3	89	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.180	1.177	0.3	88	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF080822\
Data File : BF129636.D
Acq On : 08 Aug 2022 17:36
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 09 00:32:40 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF072522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 05 16:27:34 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.392	0.388	1.0	85	0.00
49		Acenaphthylene	1.793	1.761	1.8	87	0.00
50		Dimethylphthalate	1.381	1.446	-4.7	93	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.309	0.316	-2.3	89	0.00
52	C	Acenaphthene	1.171	1.168	0.3	87	0.00
53		3-Nitroaniline	0.365	0.341	6.6	80	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.158	0.150	5.1	78	0.00
55		Dibenzofuran	1.614	1.589	1.5	87	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.269	0.243	9.7	77	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.404	0.398	1.5	83	0.00
58		Fluorene	1.292	1.329	-2.9	93	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.321	0.314	2.2	84	0.00
60		Diethylphthalate	1.335	1.427	-6.9	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.569	0.603	-6.0	95	0.00
62		4-Nitroaniline	0.362	0.329	9.1	79	0.00
63		Azobenzene	1.361	1.382	-1.5	89	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	84	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.126	0.134	-6.3	85	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.666	0.679	-2.0	88	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.219	0.239	-9.1	94	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.237	0.257	-8.4	93	0.00
69		Atrazine	0.202	0.208	-3.0	88	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.129	0.134	-3.9	84	0.00
71		Phenanthrene	1.092	1.099	-0.6	88	0.00
72		Anthracene	1.073	1.079	-0.6	89	0.00
73		Carbazole	1.010	0.957	5.2	82	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.203	1.338	-11.2	97	0.00
75	C	Fluoranthene	1.106	1.088	1.6	86	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	79	0.00
77		Benzidine	0.707	0.626	11.5	67	0.00
78		Pyrene	1.672	1.777	-6.3	84	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.060	1.222	-15.3	93	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.725	0.846	-16.7	90	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.366	1.378	-0.9	81	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.451	0.442	2.0	77	0.00
83		Chrysene	1.288	1.289	-0.1	81	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.955	1.123	-17.6	93	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.374	1.680	-22.3#	98	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	84	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.347	1.457	-8.2	85	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.327	1.302	1.9	86	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.300	1.297	0.2	83	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.077	1.081	-0.4	85	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.096	1.194	-8.9	85	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.120	1.197	-6.9	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF080822\
Data File : BF129636.D
Acq On : 08 Aug 2022 17:36
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 09 00:32:40 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF072522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 05 16:27:34 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1