Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081222\
Data File : BF129739.D
Acq On : 12 Aug 2022 12:22
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 12 15:53:14 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF072522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 12 15:52:45 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	54	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.776	10.6	49	0.00
3		Pyridine	40.000	35.957	10.1	48	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	35.811	10.5	49	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.552	3.1	54	0.00
6		Aniline	40.000	34.957	12.6	48	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.179	4.8	53	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.284	1.8	54	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.587	6.0	55	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.852	2.9	54	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.551	6.1	52	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.193	2.0	54	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.523	1.2	55	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.134	-0.3	55	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.847	0.4	54	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	33.660	15.9	46	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.245	4.4	53	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.134	-0.3	55	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.986	0.0	57	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.365	-0.9	58	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	55	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.184	-0.5	59	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.458	1.9	55	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.317	4.2	53	0.00
25		Isophorone	40.000	37.226	6.9	53	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.093	2.3	54	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.688	3.3	55	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.970	5.1	54	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.128	2.2	54	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.230	1.9	56	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.558	1.1	57	0.00
32		Benzoic acid	40.000	21.031	47.4#	28	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	37.874	5.3	54	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	42.677	-6.7	61	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.701	8.2	52	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.239	1.9	56	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.580	1.1	57	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.698	0.8	57	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	57	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.945	-2.4	59	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	44.798	-12.0	59	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.312	0.9	57	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	36.314	9.2	51	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	36.254	9.4	52	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	77.331	3.3	62	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.829	0.4	57	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.757	3.1	56	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081222\
Data File : BF129739.D
Acq On : 12 Aug 2022 12:22
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 12 15:53:14 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF072522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 12 15:52:45 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	37.335	6.7	52	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.670	3.3	56	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.246	1.9	57	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.343	4.1	55	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.058	2.4	56	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	36.177	9.6	51	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	35.175	12.1	47	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.077	2.3	57	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	33.563	16.1	47	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	38.192	4.5	53	0.00
58		Fluorene	40.000	40.131	-0.3	59	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	35.023	12.4	49	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.110	-0.3	58	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.711	-1.8	60	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	35.733	10.7	51	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.238	4.4	55	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	56	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	37.202	7.0	49	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.424	1.4	56	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	41.077	-2.7	58	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.161	-2.9	58	0.00
69		Atrazine	40.000	39.171	2.1	55	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	35.632	10.9	47	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.777	3.1	56	0.00
72		Anthracene	40.000	39.520	1.2	57	0.00
73		Carbazole	40.000	37.177	7.1	53	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.161	-0.4	58	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.481	6.3	54	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	52	0.00
77		Benzidine	40.000	39.318	1.7	48	0.00
78		Pyrene	40.000	41.535	-3.8	54	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	88.502	-10.6	58	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.150	-0.4	51	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.707	3.2	51	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.425	6.4	48	0.00
83		Chrysene	40.000	38.272	4.3	51	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.449	-1.1	52	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.265	-3.2	54	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	54	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	44.600	-11.5	56	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.757	0.6	56	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	35.396	11.5	48	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.202	4.5	52	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	45.207	-13.0	57	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	44.799	-12.0	55	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081222\
Data File : BF129739.D
Acq On : 12 Aug 2022 12:22
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 12 15:53:14 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF072522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 12 15:52:45 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0