Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF091422\
Data File : BF130239.D
Acq On : 14 Sep 2022 14:48
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF091422

Quant Time: Sep 14 16:03:22 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF091422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 14 14:55:51 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.011	5.0	96	0.00
3		Pyridine	40.000	39.284	1.8	103	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.100	2.2	98	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.185	1.0	102	0.00
6		Aniline	40.000	38.537	3.7	99	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.339	2.1	101	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.333	1.7	101	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.615	3.5	101	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.460	1.3	101	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.857	2.9	100	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.400	1.5	102	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.112	2.2	101	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.867	2.8	100	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.175	-0.4	99	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.019	5.0	98	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.321	1.7	100	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.196	2.0	99	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.788	3.0	98	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.405	1.5	100	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	101	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.650	3.4	98	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.883	1.4	98	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.120	2.2	99	0.00
25		Isophorone	40.000	38.872	2.8	98	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.380	-6.0	102	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.692	0.8	100	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.828	2.9	99	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.982	0.0	100	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.496	1.3	100	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.616	1.0	101	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.730	-6.8	100	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.480	1.3	99	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.533	1.2	100	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.977	-2.4	100	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.235	1.9	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.109	2.2	99	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.248	1.9	100	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	100	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.071	2.3	101	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.928	-2.3	99	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.915	-1.1	100	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.281	-0.7	100	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.350	1.6	99	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.353	4.6	98	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.844	2.9	99	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.904	2.7	99	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF091422\
Data File : BF130239.D
Acq On : 14 Sep 2022 14:48
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF091422

Quant Time: Sep 14 16:03:22 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF091422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 14 14:55:51 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.131	-0.3	97	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.725	3.2	99	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.778	3.1	98	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.428	-1.1	102	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.227	1.9	100	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.503	-1.3	100	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.604	-1.5	105	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.578	3.6	99	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.022	-2.6	97	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.145	-2.9	100	0.00
58		Fluorene	40.000	38.347	4.1	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.093	-0.2	102	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.751	3.1	97	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.072	2.3	99	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.549	1.1	97	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.225	4.4	96	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.548	-6.4	101	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.316	1.7	99	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.813	0.5	100	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.099	2.3	98	0.00
69		Atrazine	40.000	39.280	1.8	97	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.065	-5.2	98	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.873	2.8	98	0.00
72		Anthracene	40.000	39.245	1.9	98	0.00
73		Carbazole	40.000	38.641	3.4	96	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.218	2.0	95	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.299	4.3	94	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	90	0.00
77		Benzidine	40.000	38.463	3.8	82	0.00
78		Pyrene	40.000	42.067	-5.2	94	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	83.716	-4.6	94	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.457	-3.6	90	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.260	1.9	90	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.220	2.0	87	0.00
83		Chrysene	40.000	39.636	0.9	91	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.085	-2.7	91	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.111	-0.3	92	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	97	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	42.947	-7.4	101	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.234	6.9	91	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.174	2.1	96	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.550	1.1	96	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	43.399	-8.5	102	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	42.802	-7.0	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF091422\
Data File : BF130239.D
Acq On : 14 Sep 2022 14:48
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF091422

Quant Time: Sep 14 16:03:22 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF091422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 14 14:55:51 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0