Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : U:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF011118\
Data File : BF102031.D
Acq On : 11 Jan 2018 21:00
Operator : SJ/JU
Sample : J1062-06
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : SB-28-COMP

Quant Time: Jan 12 01:09:13 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF010918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 11 12:53:54 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	6.73	152	219008	20.00	ng	0.00
21) Naphthalene-d8	8.00	136	886811	20.00	ng	0.00
38) Acenaphthene-d10	9.76	164	373902	20.00	ng	0.00
63) Phenanthrene-d10	11.24	188	584214	20.00	ng	0.00
75) Chrysene-d12	13.87	240	346955	20.00	ng	0.00
86) Perylene-d12	15.29	264	387292	20.00	ng	0.00
System Monitoring Compounds						
5) 2-Fluorophenol	5.34	112	1320925	85.17	ng	0.01
7) Phenol-d6	6.36	99	1572992	85.01	ng	0.00
23) Nitrobenzene-d5	7.29	82	998063	66.14	ng	0.00
41) 2,4,6-Tribromophenol	10.55	330	291681	89.39	ng	0.00
44) 2-Fluorobiphenyl	9.09	172	1457042	60.88	ng	0.00
78) Terphenyl-d14	12.83	244	979731	58.63	ng	0.00
Target Compounds						Qvalue
10) Phenol	6.37	94	71424	3.415	ng	88
49) Dimethylphthalate	9.48	163	157284	5.244	ng	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : U:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF011118\
Data File : BF102031.D
Acq On : 11 Jan 2018 21:00
Operator : SJ/JU
Sample : J1062-06
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
SB-28-COMP

Quant Time: Jan 12 01:09:13 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF010918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 11 12:53:54 2018
Response via : Initial Calibration





#1
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 20.000 ng
RT: 6.73 min Scan# 789
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
SB-28-COMP

Tgt Ion:152 Resp: 219008

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
150	151.9	124.6	186.8
115	60.2	50.1	75.1





#5
2-Fluorophenol
Concen: 85.168 ng
RT: 5.34 min Scan# 553
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Tgt Ion:112 Resp: 1320925

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
64	58.1	47.9	71.9
63	29.5	23.7	35.5





#7
Phenol-d6
Concen: 85.006 ng
RT: 6.36 min Scan# 727
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
SB-28-COMP

Tgt Ion: 99 Resp: 1572992

Ion	Ratio	Lower	Upper
99	100		
42	19.7	14.5	21.7
71	33.4	25.4	38.0





#10
Phenol
Concen: 3.415 ng
RT: 6.37 min Scan# 728
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Tgt Ion: 94 Resp: 71424

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
65	31.0	7.9	47.9
66	46.2	16.2	56.2





#21
Naphthalene-d8
Concen: 20.000 ng
RT: 8.00 min Scan# 1006
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
SB-28-COMP

Tgt Ion:136 Resp: 886811

Ion	Ratio	Lower	Upper
136	100		
137	11.2	8.9	13.3
54	9.3	6.6	9.8
68	6.3	5.0	7.4





#23
Nitrobenzene-d5
Concen: 66.136 ng
RT: 7.29 min Scan# 885
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Tgt Ion: 82 Resp: 998063

Ion	Ratio	Lower	Upper
82	100		
128	46.6	36.1	54.1
54	54.1	41.4	62.2





#38
Acenaphthene-d10
Concen: 20.000 ng
RT: 9.76 min Scan# 1304
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
SB-28-COMP

Tgt Ion:164 Resp: 373902

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
162	104.1	86.1	129.1
160	45.7	38.3	57.5





#41
2,4,6-Tribromophenol
Concen: 89.391 ng
RT: 10.55 min Scan# 1438
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Tgt Ion:330 Resp: 291681

Ion	Ratio	Lower	Upper
330	100		
332	98.1	77.0	115.6
141	38.2	29.9	44.9





#44
2-Fluorobiphenyl
Concen: 60.879 ng
RT: 9.09 min Scan# 1190
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Tgt Ion:172 Resp: 1457042

Ion	Ratio	Lower	Upper
172	100		
171	36.3	29.7	44.5
170	24.6	19.6	29.4



Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
SB-28-COMP



#49
Dimethylphthalate
Concen: 5.244 ng
RT: 9.48 min Scan# 1257
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Tgt Ion:163 Resp: 157284

Ion	Ratio	Lower	Upper
163	100		
194	3.1	2.7	4.1
164	9.4	8.2	12.2





#63
Phenanthrene-d10
Concen: 20.000 ng
RT: 11.24 min Scan# 1556
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
SB-28-COMP

Tgt Ion:188 Resp: 584214

Ion	Ratio	Lower	Upper
188	100		
94	11.7	8.5	12.7
80	12.7	9.2	13.8





#75
Chrysene-d12
Concen: 20.000 ng
RT: 13.87 min Scan# 2004
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Tgt Ion:240 Resp: 346955

Ion	Ratio	Lower	Upper
240	100		
120	12.4	9.5	14.3
236	25.9	20.7	31.1





#78
Terphenyl-d14
Concen: 58.629 ng
RT: 12.83 min Scan# 1826
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
SB-28-COMP

Tgt Ion:244 Resp: 979731

Ion	Ratio	Lower	Upper
244	100		
212	6.9	5.4	8.0
122	14.1	11.0	16.4





#86
Perylene-d12
Concen: 20.000 ng
RT: 15.29 min Scan# 2245
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: BF102031.D
Acq: 11 Jan 2018 21:00

Tgt Ion:264 Resp: 387292

Ion	Ratio	Lower	Upper
264	100		
260	22.9	19.2	28.8
265	20.3	17.5	26.3