Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF011122\
Data File : BF126583.D
Acq On : 11 Jan 2022 10:29
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 11 14:06:34 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF122921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jan 10 14:50:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	59	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	36.200	9.5	50	0.00
3		Pyridine	40.000	34.336	14.2	48	-0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	33.799	15.5	49	-0.01
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.329	3.3	57	0.00
6		Aniline	40.000	36.255	9.4	52	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	75.983	5.0	56	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.619	-1.5	59	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.023	7.4	57	0.00
10	C	Phenol	40.000	36.836	7.9	53	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.205	7.0	55	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.957	-2.4	60	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	42.187	-5.5	61	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.014	2.5	60	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.727	3.2	56	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.674	5.8	55	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.358	4.1	56	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.966	0.1	57	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.685	8.3	56	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.266	6.8	58	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	61	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.503	3.7	60	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	75.447	5.7	56	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	36.354	9.1	53	0.00
25		Isophorone	40.000	36.626	8.4	56	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.498	-3.7	60	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.608	-1.5	59	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.908	5.2	57	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.946	-4.9	63	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	42.101	-5.3	63	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.685	-1.7	62	0.00
32		Benzoic acid	40.000	39.794	0.5	65	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.121	-0.3	60	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	45.765	-14.4	69	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.397	-3.5	64	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.015	-0.0	60	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	42.259	-5.6	63	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	42.276	-5.7	64	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	67	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	42.756	-6.9	70	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.530	1.2	59	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	99.137	-23.9	80	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.824	-4.6	67	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.078	-2.7	67	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.163	2.3	71	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.534	-1.3	66	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.368	1.6	64	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF011122\
Data File : BF126583.D
Acq On : 11 Jan 2022 10:29
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 11 14:06:34 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF122921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jan 10 14:50:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	35.188	12.0	56	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.860	-2.1	67	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.655	-4.1	69	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.468	-3.7	67	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	41.599	-4.0	67	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.284	-0.7	65	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	42.385	-6.0	71	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	41.221	-3.1	67	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.274	1.8	61	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.940	-4.8	66	0.00
58		Fluorene	40.000	42.252	-5.6	71	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	44.928	-12.3	72	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	41.254	-3.1	67	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	43.989	-10.0	74	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.391	-3.5	67	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.831	7.9	59	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	71	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	46.939	-17.3	74	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.001	-0.0	70	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	43.756	-9.4	75	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	44.117	-10.3	77	0.00
69		Atrazine	40.000	45.403	-13.5	74	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	46.012	-15.0	74	0.00
71		Phenanthrene	40.000	40.914	-2.3	72	0.00
72		Anthracene	40.000	40.960	-2.4	72	0.00
73		Carbazole	40.000	40.447	-1.1	72	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.798	-2.0	71	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	43.102	-7.8	76	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	79	0.00
77		Benzidine	40.000	36.076	9.8	69	0.00
78		Pyrene	40.000	39.930	0.2	76	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	82.896	-3.6	81	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.531	-1.3	76	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.896	0.3	76	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.669	0.8	78	0.00
83		Chrysene	40.000	39.327	1.7	76	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	43.729	-9.3	84	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.159	-2.9	77	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	72	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.473	1.3	67	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	43.267	-8.2	80	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.011	-2.5	69	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.660	-1.6	71	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.251	-0.6	69	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.089	-0.2	68	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF011122\
Data File : BF126583.D
Acq On : 11 Jan 2022 10:29
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 11 14:06:34 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF122921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jan 10 14:50:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0