DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF011215\
Data File : BF076820.D
Acq On : 12 Jan 2015 22:24
Operator : IZ / TP
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF010915.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Mon Jan 12 10:43:48 2015



AutoFind: Scans 1516, 1517, 1518; Background Corrected with Scan 1513

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	42.2	3670	PASS
68	69	0.00	2	0.0	0	PASS
69	198	0.00	100	38.5	3348	PASS
70	69	0.00	2	0.0	0	PASS
127	198	10	80	54.2	4713	PASS
197	198	0.00	2	0.0	0	PASS
198	198	100	100	100.0	8689	PASS
199	198	5	9	5.8	503	PASS
275	198	10	60	24.4	2122	PASS
365	198	1	100	2.7	237	PASS
441	442	0.01	24	15.2	1200	PASS
442	198	50	100	91.0	7904	PASS
443	442	15	24	17.6	1388	PASS