Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF021622\
Data File : BF126920.D
Acq On : 16 Feb 2022 19:02
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 17 01:09:00 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 16 14:55:48 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.464	3.8	102	0.00
3		Pyridine	40.000	38.404	4.0	100	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.454	3.9	98	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.273	5.9	99	0.00
6		Aniline	40.000	39.198	2.0	100	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.719	4.1	100	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.359	4.1	100	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.437	11.4	102	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.153	4.6	101	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.657	3.4	101	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.060	4.8	101	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.138	4.7	101	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.978	5.1	100	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.043	2.4	100	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.903	5.2	98	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.924	2.7	101	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.513	3.7	101	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.327	4.2	100	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	38.806	3.0	100	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	100	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.819	5.5	100	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.895	3.9	101	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.337	4.2	100	0.00
25		Isophorone	40.000	38.315	4.2	99	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.866	0.3	101	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.380	4.0	101	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.510	3.7	101	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.027	2.4	101	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.917	5.2	100	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.294	4.3	101	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.000	-2.5	98	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.260	4.4	100	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.752	3.1	101	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.237	1.9	100	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	38.905	2.7	99	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.408	4.0	100	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.740	3.1	102	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.208	2.0	103	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	41.283	-3.2	101	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.285	0.9	99	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.097	2.3	100	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.511	3.7	98	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	75.843	5.2	100	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.599	3.5	101	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.323	4.2	98	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF021622\
Data File : BF126920.D
Acq On : 16 Feb 2022 19:02
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 17 01:09:00 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 16 14:55:48 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.271	1.8	100	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.988	2.5	100	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.406	4.0	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.124	-0.3	101	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.897	2.8	99	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.474	1.3	99	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	42.443	-6.1	100	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.995	2.5	101	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.504	1.2	97	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.039	-0.1	100	0.00
58		Fluorene	40.000	38.235	4.4	99	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.648	0.9	101	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.784	3.0	99	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.483	3.8	99	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	38.550	3.6	96	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.470	3.8	99	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.680	-4.2	98	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.359	4.1	98	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.929	2.7	100	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.330	4.2	100	0.00
69		Atrazine	40.000	38.755	3.1	100	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	40.900	-2.2	97	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.965	5.1	100	0.00
72		Anthracene	40.000	38.224	4.4	99	0.00
73		Carbazole	40.000	37.839	5.4	98	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.237	4.4	98	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.753	5.6	98	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	98	0.00
77		Benzidine	40.000	41.201	-3.0	98	0.00
78		Pyrene	40.000	40.121	-0.3	98	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.773	0.3	100	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.238	-0.6	98	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.426	1.4	98	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.748	0.6	97	0.00
83		Chrysene	40.000	39.239	1.9	98	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.740	0.6	98	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.099	2.3	99	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	100	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	41.676	-4.2	100	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.378	1.6	102	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.992	2.5	98	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.689	0.8	100	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.607	-4.0	100	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	41.972	-4.9	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF021622\
Data File : BF126920.D
Acq On : 16 Feb 2022 19:02
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 17 01:09:00 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 16 14:55:48 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0