Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF022122\
Data File : BF126975.D
Acq On : 21 Feb 2022 15:57
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 21 17:00:20 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Feb 21 13:16:57 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	82	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.958	0.1	84	0.00
3		Pyridine	40.000	39.493	1.3	82	-0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.848	0.4	80	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.517	1.9	82	0.00
6		Aniline	40.000	38.989	2.5	79	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.365	2.0	81	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.210	2.0	81	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.078	14.8	78	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.861	2.8	82	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.934	5.2	79	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.295	1.8	83	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.583	1.0	83	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.230	1.9	82	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.190	2.0	80	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	35.867	10.3	74	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.152	2.1	80	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.709	0.7	83	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.621	5.9	78	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.223	1.9	80	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	78	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.536	1.2	81	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.271	0.9	81	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.291	1.8	80	0.00
25		Isophorone	40.000	38.149	4.6	77	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.605	-1.5	80	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.562	1.1	81	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.453	3.9	78	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.583	1.0	80	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.918	0.2	82	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.338	1.7	81	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.304	-3.3	77	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.123	2.2	79	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.479	-1.2	82	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.394	1.5	78	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.183	-0.5	80	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.270	1.8	80	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.212	2.0	80	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	78	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.252	-0.6	84	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.066	-0.2	78	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	85.039	-6.3	84	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.385	-1.0	82	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.967	0.1	81	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.483	1.9	82	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.559	1.1	82	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.130	2.2	80	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF022122\
Data File : BF126975.D
Acq On : 21 Feb 2022 15:57
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 21 17:00:20 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Feb 21 13:16:57 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.708	0.7	80	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.709	0.7	81	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.831	2.9	79	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.787	0.5	80	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.883	0.3	81	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.547	1.1	79	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	44.901	-12.3	84	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.409	1.5	81	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.950	-4.9	82	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.563	-1.4	80	0.00
58		Fluorene	40.000	39.705	0.7	82	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.904	-2.3	82	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.576	1.1	81	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.924	0.2	82	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.614	-4.0	82	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.604	3.5	79	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	81	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	44.060	-10.2	84	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.881	2.8	81	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.605	1.0	83	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.207	2.0	83	0.00
69		Atrazine	40.000	40.287	-0.7	85	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	44.203	-10.5	85	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.417	1.5	84	0.00
72		Anthracene	40.000	39.699	0.8	83	0.00
73		Carbazole	40.000	40.349	-0.9	85	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.131	2.2	82	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.420	-3.6	88	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	99	0.00
77		Benzidine	40.000	42.363	-5.9	102	0.00
78		Pyrene	40.000	35.626	10.9	88	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	73.487	8.1	93	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	37.342	6.6	91	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.649	0.9	100	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.457	-3.6	102	0.00
83		Chrysene	40.000	39.843	0.4	100	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.195	4.5	95	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.453	1.4	100	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	94	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	36.875	7.8	84	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.017	-2.5	100	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	42.072	-5.2	100	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.772	0.6	94	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	36.754	8.1	84	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	36.084	9.8	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF022122\
Data File : BF126975.D
Acq On : 21 Feb 2022 15:57
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 21 17:00:20 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Feb 21 13:16:57 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0