Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF030222\
Data File : BF127138.D
Acq On : 02 Mar 2022 10:47
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 03 00:55:19 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 01 23:57:09 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	80	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.808	5.5	78	-0.01
3		Pyridine	40.000	39.530	1.2	80	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.316	1.7	78	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.641	0.4	81	0.00
6		Aniline	40.000	37.836	5.4	75	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	77.560	3.0	78	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.917	0.2	80	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	33.604	16.0	75	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.585	3.5	79	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.606	8.5	74	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.642	0.9	81	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.152	-0.4	82	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.847	0.4	81	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.202	4.5	76	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	32.235	19.4	65	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.113	2.2	78	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.696	3.3	79	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	35.982	10.0	73	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.141	2.1	78	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	74	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.706	0.7	77	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.505	0.6	77	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.713	0.7	76	0.00
25		Isophorone	40.000	37.598	6.0	72	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.977	-7.4	81	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.974	2.6	76	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.547	6.1	73	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.293	-3.2	79	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.806	-2.0	79	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.553	1.1	77	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.815	-4.5	74	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.110	-0.3	77	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.532	-3.8	80	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.807	0.5	75	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.921	0.2	75	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.760	0.6	77	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.845	0.4	77	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	75	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	41.735	-4.3	83	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	33.501	16.2	62	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	86.703	-8.4	82	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.730	-1.8	79	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.270	-3.2	79	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	80.480	-0.6	80	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.205	2.0	77	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.063	-0.2	78	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF030222\
Data File : BF127138.D
Acq On : 02 Mar 2022 10:47
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 03 00:55:19 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 01 23:57:09 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.136	2.2	75	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.714	0.7	77	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.059	2.4	76	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.659	-1.6	78	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.189	-0.5	78	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.231	-0.6	77	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.814	-4.5	74	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.813	0.5	78	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.603	1.0	74	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.079	-2.7	78	0.00
58		Fluorene	40.000	40.066	-0.2	79	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.624	-4.1	80	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.131	4.7	74	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.565	-1.4	79	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.425	-3.6	78	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.931	7.7	72	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	76	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	43.913	-9.8	79	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.233	1.9	77	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.258	-0.6	79	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.886	-2.2	81	0.00
69		Atrazine	40.000	39.055	2.4	78	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	38.960	2.6	71	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.659	0.9	80	0.00
72		Anthracene	40.000	39.120	2.2	77	0.00
73		Carbazole	40.000	40.043	-0.1	79	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	36.938	7.7	72	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.197	-0.5	80	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	82	0.00
77		Benzidine	40.000	42.220	-5.5	84	0.00
78		Pyrene	40.000	39.051	2.4	80	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.636	0.5	83	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	36.930	7.7	75	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.054	2.4	81	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.467	-1.2	83	0.00
83		Chrysene	40.000	39.309	1.7	82	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	35.377	11.6	73	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	35.072	12.3	74	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	87	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.587	-1.5	85	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.587	3.5	87	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.690	3.3	85	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.087	-0.2	88	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.606	-1.5	85	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.404	-1.0	84	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF030222\
Data File : BF127138.D
Acq On : 02 Mar 2022 10:47
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 03 00:55:19 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF021622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 01 23:57:09 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0